



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 293  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 953

05.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YENİDOĞAN TEK KULLANIMLIK	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YENİDOĞAN TEK KULLANIMLIK BİOLİGHT Q5 VE M9500 HASTA BAŞI MONİTÖRLER İÇİN UYUMLU	200	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

**BLT MONİTÖR İin Disposable NEONATAL SpO2 PULSEOKSİMİTRE PROBU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı.
2. SpO2 probu ile yapılan ölçümlerde monitör ekranında sinyal yoğunluğu indikatörü gözlemlenebilmelidir.
3. SpO2 probu, BLT marka Q5 ve M9500 model hastabaşı monitörlere bağlanan SpO2 ara kablo ile uyumlu olmalı ve ölçüm hatalarına sebep olmamalıdır.
4. SpO2 probu neonatal ve pediatri hastalarda kullanılmak üzere disposable tipte olmalıdır.
5. Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilirdir .
6. Prob, Infrared ışık ölçme metodu ile ölçüm yapmalıdır.
7. Problar BLT M9000AT hastabaşı monitörünün Türkiye yetkili distribütörünün yetki verdiği firma tarafından tedarik edilmiş olmalıdır. İdare tarafından istendiğinde belgelenmelidir.
8. Firma hastaneye önceden numune bırakmalı, yapılan numune incelemesi sonrası numune kalitesi uygun görülürse alım yapılabilecektir.

31.07.2019

Yılmaz KAYA  
Hemşire

