



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **2 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 23/09/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ANGULDURVA	ADET	10		
2	MİKROMOTOR	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d098f6dd-adda-4876-ac9c-b8350932f5db kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## 7.DENTAL MİKROMOTOR (KLİNİK) HAVALI (BUTONLU) LED IŞIKSIZ

- 1.İki delikli borden bağlantılı olmalıdır.
- 2.En az 22.000 d/dk. olmalıdır.
- 3.Devir ayarı ve sağ sol ayarı gövde üzerinde bulunan disk ile yapılmalıdır.
- 4.Alet orjinal ambalajında özel yuvasında olmalıdır.
- 5.Alet 2.2 ile 4 atmosfer arası basınç ile çalışmalıdır.
- 6.İçten sulu sistem olmalıdır
- 7.Üzerinde CE damgası olmalıdır.
- 8.Üzerinde seri numarası otoklava girebilirlik logosu üretici firma logosu ve üretim yeri yazılı olacaktır.
- 9.Mikromotor gövdesi içerisinde yer alan geri dönüşümsüz valf sayesinde ağız ortamında bulunan sıvıların başlık hortumuna girmesini ve çapraz enfeksiyon oluşmasını engellemelidir.
- 10.Hız aktarım 1:1 olmalı
- 11.Hafif olmalı,
- 12.134° C de otoklavlanabilmelidir.
- 13.Numunesi görülüp denenecektir.

Doç. Dr. Yöşün Ayılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Cemalpaşa  
0454 312 233

## ANGULDURVA(KLİNİK MİKROMOTORA UYUMLU) İÇİN ŞARTNAME

1. Angldruva push-butonlu olmalıdır.
2. İçten sulu sistem olmalıdır.
3. 1/1 hız aktarım oranına sahip olmalıdır.
4. Kafa büyüklüğü orta boy olmalıdır.
5. 135 C derece de otoklavda ve kurumumuzdaki dac cihazında steril edilebilir olmalıdır.
6. Her anguldurva ile birlikte 1(bir)adet yedek kartuş verilecektir.
7. Klinik anguldurva üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup ve bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.
8. Kurumumuzdaki mikromotora uyumlu olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa  
Doğubayazıt Devlet  
Hastanesi Tıbbi  
Cerrahi UCEBA 2  
S. No: 1-233