T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 378
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1088

27.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap IŞIK
İdari ve Mali İşler Müdür V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	**Malın/İşin Cinsi**	**Açıklama**	**Miktarı**	**Birimi**	**Fiyat**	**Tutar**
1	DİREK LARİNGOSKOPİ SETİ	YETİŞKİN LARİNGOSKOPİ SETİ	7	Adet		
2	DİREK LARİNGOSKOPİ SETİ YENİDOĞAN LARİNGOSKOP SETİ	YENİDOĞAN LARİNGOSKOPİ SETİ	3	Adet		
3	DİREK LARİNGOSKOPİ SETİ PEDİATRİK LARİNGOSKOPİ SETİ	PEDİATRİK LARİNGOSKOPİ SETİ	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Teklifler Kapalıdır.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

Bilgi İçin : Elif KIZIL -

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)5 BLADELİ SET (0,1,2,3,4) NO'LU BLADELERDEN VE 1 ADET KALIN HANDLEDAN OLUŞMALIDIR.

2) NO:0 80 MM ,NO:1 92 MM ,NO:2 100 MM,NO:3 130 MM,NO:4 155 MM BOY ÖLÇÜLERİNDE OLMALIDIR.

3)PASLANMAZ ÇELİKTEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.

4)BLADE LER ÜZERİNDE KROM KAPLAMA OLMAMALI, IŞIK YANSIMASINI ENGELLEMEK İÇİN MAT ÇELİK YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR.

5)2,7 V AMPÜL İLE EN AZ 2000, 3,0 V AMPÜL İLE EN AZ 2500 LÜKS IŞIK VERMELİDİR.

6)HANDLE KAYMAYI ENGELLEMEK İÇİN TIRTIKLI YÜZEYE SAHİP OLMALIDIR.

7)HANDLE İKİ ADET ORTA BOY PİL İLE KULLANILABİLİNMELİDİR.

8)KOLAY TAKILIP ÇIKARILABİLMELİ , DIN ISO 7376 STANDARTLARINDA ÜRETİLMİŞ CE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

9)ETO, BUHAR VE SABUN SOLÜSYONLARI VE CIDEX İLE TEMİZLENMEYE UYGUN OLMALIDIR.

10)KİRLENMEYE VE TOZLANMAYA KARŞI SERT PLASTİK ÇANTASI İÇERİSİNDE HER BİR BLADE VE HANDLE YERLEŞECEK ŞEKİLDE BÖLMELERİNDE OLMALIDIR.

11)EN AZ 5 (BEŞ) YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

12)ÜRÜN ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLUP SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLI OLMALIDIR.

13) TÜM BU ÖZELLİKLER ORJİNAL KATALOGDA GÖSTERİLMELİDİR.FOTOKOPİ , MUADİLİ ÜRÜN VS. KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Rahim ALTUN
Anestezi Sorumlusu
Ağrı Devlet Hastanesi

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

SB. AĞRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Hazel YAĞCIZEYBEK
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 134227

DR. MUBERRA AKAN

PEDİATRİK LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER;

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.
2. Laringoskop'un handle ve blade'i paslanmaz çelik olup, dezenfektan solüsyonlara ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
3. Aydınlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile parlak,net ışık sağlamalıdır.Ampul handle gövdesine montajlı olmalıdır. Işık yolu blade'nin ana gövdesi içine montajlı veya ana gövde üzerinde olmalıdır.Cihazı kullanacak olan bölümün tercihi esas alınacaktır.
4. İki adet alkali pil ile çalışmalıdır.
5. Handle ile blade'in birleşme yeri kolay çıkarılıp, takılabilmelidir.
6. Handle ve blade hafif, kullanışlı ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalıdır.
7. Blade'ler görüş alanını kapatmayacak ve entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.
8. Her bir setin içinde pediatrik hastaların entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle içermelidir.
   - Paed 0
   - Paed 1
   - Miller 00 (Düz)
   - Miller 0(Düz)
   - Miller 1
   - Mac 2 (Eğri)
   - Mac 3 (Eğri)

YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR;

9. Kutu: bladelere ve handle' lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.
10. Handle ile birlikte 4'er adet alkalin pil verilmelidir.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR;

11. Cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili dokümanların türkçe bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir.
12. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ;

13. Cihaz en az 3 yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve/veya temsilci firma tarafından verilecektir.
14. İsteklilerin TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarandan onaylı olması şartı aranacaktır.
15. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır.
16. Firmalardan bir takım testlerin yapılması istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
17. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
18. Montaj:Cihazların montajı firma tarafından hastanece tahsis edilen mahallerde firma teknik elemanlarınca tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir.
19. Eğitim: ihaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin konularda kendi eğitilmiş personeli tarafından cihazın kullanımı arızaya müdahaleyi ve cihazın teknik servis eğitimini Hastane İdaresinin belirleyeceği kullanıcı 10 adet personele üç gün süre ile ücretsiz verecektir.

Ulunur Karan

YENİDOĞAN LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskopun ışığı fiberoptik lifler tarafından taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapmalıdır.
2. Bladeler tek parça olmalı ve lehimlenmiş eklem yerleri bulunmamalı böylelikle blade bütünlüğü sağlanmalıdır.
3. Bladeler çengel tipi olarak takılmalı ve saptaki özel yuvaya oturan bilyalı sistem olmalıdır.
4. Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir.
5. Handle üzerinde 2.5 V 3.500 LUX ampul olmalı ve ampul değiştirmek için herhangi bir alete ihtiyaç olmamalıdır. Handle üzerine opsiyonel olarak 3.5 V 10.000 LUX ampul takılabilmelidir.
6. Bladelerin üzerinde marka ismi, blade numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
7. Fiber optik ışık yolu, bıçağın başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve bıçağa bir vida ile monte edilmiş olmalıdır. Fiber optik ışık yolu, bağlantı vidası açılmadan hiçbir şekilde yerinden çıkmayacak şekilde monteli olmalı ve gerektiğinde tornavida yardımı ile değişim veya temizliği yapılmalıdır.
8. Bladeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve 134 °C derece sıcaklıkta yaklaşık 4000 kez otoklavanabilmeli ve bu özellik katalog üzerinde gösterilebilmelidir.
9. Bladelere, Etilen oksit ve buhar otoklavı zarar vermemelidir.
10. Handle krom kaplanmış bronzdan yapılmış olmalı ve handle kaymaması için tüm tutma yüzeyi küçük baklava dilimli olmalıdır.
11. Handle üzerinde marka ismi, CE işareti, laringoskop çalışma voltajı silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
12. Cihazın şarj istasyonu olmalı ve iki handle aynı anda şarj olabilmelidir.
13. Cihazında şarj durumunda olduğunu gösteren yanıp sönen indikatörler olmalıdır.
14. Cihaz ile birlikte Yenidoğan için Laringoskop Seti:
    - 00 numaralı Milller Tip Blade (65 mm – 10 mm)
    - 0 numaralı Milller Tip Blade (78 mm – 10.5 mm)
    - 1 numaralı Milller Tip Blade (102 mm – 10.5 mm)
    - 2 numaralı Milller Tip Blade (153 mm – 12 mm)

15. Her set için ile birlikte verilmesi gerekenler;
    - Yedek Ampul: 4 adet
    - Yedek Batarya: 1 adet
    - Small Handle
    - Şarj İstasyonu
    - Şarj Edilebilir Batarya
    - Koruma ve Taşıma Çantası

16. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
17. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.
18. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
19. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.