



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
08/11/2019 15:20 - 68917221 - 949 - E.1789



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 D

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 2 KALEM MALZEME ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/11/2019 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İNSUFLATÖR SİLİKON HORTUM SETİ	ADET	2		
2	İNSUFLATÖR SİLİKON HORTUM ADAPTÖRÜ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzaı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 69a34119-7ab7-4b3a-b284-777d09fd66d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ISITMALI İNSUFLATOR HORTUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Silikon yapıda olmalıdır.
- 2- Otoklava, etilen oksite ile sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 3- Sterilizasyon ömrünü gösteren ürün üzerinde koparılabilir şeritler bulunmalıdır.
- 4- Uç kısımları her marka trokara uyumlu olmalıdır.
- 5- Vücut sıcaklığında (37°C) gazı ısıtarak verecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 6- İnsüflator hortumu herhangi bir alet gerekmeden cihaza kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
- 7- Hastanede ki Stryker marka Pneumo sure model cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Op. Dr. İdris AKGAY
Genel Cerrah
Dip. Tes. No: 125400
Doç. Dr. Yener Söyler
Diyarbakır Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emir NEKAY
Genel Cerrah Uzm
Dip. Tes. No: 14206

ISITMALI İNSUFLATOR HORTUMU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Silikon yapıda olmalıdır.
- 2- Otoklava, etilen oksite ile sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 3- Sterilizasyon ömrünü gösteren ürün üzerinde koparılabılır şeritler bulunmalıdır.
- 4- Uç kısımları her marka trokara uyumlu olmalıdır.
- 5- Vücut sıcaklığında (37°C) gazı ısıtarak verecek mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 6- Insuflator hortumu herhangi bir alet gerekmeden cihaza kolayca takılıp çıkarılabilmelidir.
- 7- Hastanede ki Stryker marka Pneumo sure model cihaz ile uyumlu olmalıdır.

Op. Dr. Emir MEKAY
Genel Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 142064
Doç. Dr. Yaşar Erilmez
Dr. Subayazır Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emir MEKAY
Genel Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No: 142064