



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
13/11/2019 16:25 - 68917221 - 949 - E.1816



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KURŞUN PARAVAN ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/11/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KURŞUN PARAVAN	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-izmalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com  
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 78ce6f40-4fc3-4335-acf1-22bd2da62740 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## KURŞUN PARAVAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kurşunlu paravan yükseklik en az 195 cm, eni 100 cm olmalıdır.
- 2.Paravanda kullanılan kurşun en az 2 mm kalınlığında olmalıdır.
- 3.Kurşun yapının tamamı MDF, LAM ve benzeri sağlam, uzun ömürlü ahşap materyallerle kaplanmış olmalı ve kolay temizlenebilir özelliğe sahip olmalıdır.
- 4.Kurşunlu paravanda en az 20x20 cm büyüklüğünde 2,1 pb kurşuna eş değerli kurşun cam bulunmalıdır.
- 5.Kurşunlu cam hasta izlenebilir şeffaflıkta olmalıdır.
- 6.Kurşun paravanda her yöne hareket kabiliyetine sahip tekerlekler olmalıdır ve istenildiğinde sabitlemek için tekerlekler kilit sistemine sahip olmalıdır.
- 7.Tekerlek çapları kurşun paravanı rahat taşıyabilecek ve kolay hareket ettirebilecek durumda olmalıdır.
- 8.Paravanda mevcut bulunan kurşun ve ahşap malzeme birbirine presleme yöntemi ile birleştirilmiş olmalıdır. Üzerinde çivi veya vida deliği olmamalıdır.
- 9.Paravanın kenarları çerçeve içine alınmalıdır.
- 10.Paravan Türkiye atom enerjisi standartlarına haiz olmalıdır.

Uzm.Dr.Furkan BULU  
Radyoloji Uzmanı  
Mp.Tes.No:167914  
Dr.Yaşar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi