

YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR DELİCİ ATAÇMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek ataçmanlar hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic Midas Rex Legend marka elektrikli ve havalı motorlara tam uyumlu, orijinal ve aynı firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek ataçman burr hole açmak, kranial ve spinal ve servikalde kemik traşlamak, kemik kesmek inceltmek , şekil vermek, metal kesmek gibi değişik amaçlarda kullanıma uygun olmalıdır.Tüm bu işlemler verilecek olanataçman ile yapılabilmelidir.
3. Ataçmanın uzunlukları 8 ve 9 cm (+ - 0,2 cm), olmalıdır aynı zamanda bu ataçman ile kullanılacak uç yelpazesi geniş olmalı, 3mm den 9mm ye kadar topuz, diamond, silindirik, delik açıcı, greft alıcı, kibrit başlı olmak üzere bir çok uç çeşidiyle uyumlu olmalıdır.
4. Teklif edilecek ataçmanlar kolay uç seçimi sağlamak için ayırtman renklere sahip olmalı bu renkler ürünün orijinal kataloğundan uç seçimine yardımcı olmalıdır.
5. Ataçmanın çapı 1,50cm (+ - 0,5cm) olmalıdır.
6. Teklif edilecek ataçmanların motora takılıp sökülmesi kolay olmalı herhangi bir yardımcı enstrüman gerektirmemeli, bu işlem için ataçmanlar üzerinde yol gösterici işaretler bulunmalıdır.Operasyon esnasında çıkmayı önlemek amaçlı güvenlik mekanizması ataçmanlar üzerinde bulunmalı, ataçmanlar kesinlikle rotasyonel olmamalıdır.
7. Ataçmanlar motora takıldıktan sonra 75 000 rpm'e kadar sabitlenerek çalışabilmelidir.
8. Ataçmanlar 132-137 derecelerde otoklavda steril edilebilir olmalıdır.
9. Yedek parça servis garantisi 10 yıl olmalıdır.

Op. Dr. Mehmet KAYA
Dip. Tes. No : 140603
Ağrı Baylet Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi