

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

16.06.2021

Sayı: 153

Konu: RADYOLOJİ BİRİMİNDE BULUNAN DR-RAD MARKA RÖNTGEN CİHAZINA UYUMLU RSR 008
COLLİMATÖR BOARD KART ALIM İŞİ

Sayın.....

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 1 Kalem mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/A maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 18.06.2021 günü saat 10:00'e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOGRAFİ CİHAZI KOLİMATÖR KONTROL KARTI	1	Adet		

Son Teklif Verme Tarihi: 18.06.2021 günü saat 10:00'e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir. (patnosdh@hotmail.com)

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.

6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.

9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.

10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gereklidir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KEMAL AKCAN Dahili:

Sayfa 1

**DR-RAD MARKA X1-C MODEL DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI
KOLİMATÖR KONTROL KARTI (RSR008 KOLİMATÖR BOARD)
ŞARTNAMESİ**

- 1. Konu :** T.C. Sağlık Bakanlığı *AGRI* ili *Petrols... Devlet* Hastanesi' nde mevcut DR-RAD marka X1-C model Dijital Röntgen Cihazı için KOLİMATÖR KONTROL KARTI (RSR008 KOLİMATÖR BOARD) şartnamesidir.
- 2.** Devre Kartı hastanede bulunan DR-RAD marka X5-C model Dijital Röntgen Cihazına uyumlu olacaktır.
- 3.** Devre Kartı cihazının orijinal parçası olmalıdır. Tamirli ve çıkma parça kullanılmayacaktır.
- 4.** Firmanın DR-RAD marka cihazlara teknik servis verme yetkisi olmalıdır.
- 5.** Devre kartı kolimatör diyafram kontrolünü eksiksiz sağlamalıdır.
- 6.** Devre Kartı için üretim ve montaj hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl garanti verilecektir.

Mustafa Getinko
[Signature]