



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
25/06/2021 15:26 - E-36472700-949-785



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz hemodiyaliz ünitesinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan malzemenin alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 02.07.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Diyalizör 1.7-1.8	600	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>satinalmaeleskirdh@gmail.com</u>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Teknik Şartname 1 sayfadır. Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
DİYALİZÖR SENT. MBRN 1.7-1.8 TEKNİK ŞARTNAMESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1-GENEL ÖZELLİKLER/

- 1-Diyalizörlerin Membran metaryali biouyumlu tam sentetik (PAN,PMMA,polyamid poroktan, polysulfaone, Polyethersulfone) olmalıdır
- 2-Diyalizör hollowfiber yapıda olmalıdır
- 3-Diyalizörlerin membran yüzey alanı ve miktarı aşağıda belirttikleri gibi olacaktır.
- 4- Diyalizörlerin ultrason katsayısı (Kuf Değeri 30-85 ml/saat/mmHg) arasında olmalıdır.
- 5-Diyalizörlerin maksimum TPM 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 6-Diyalizörün yıkanması esnasında kullanılan serum fizyolojik miktarı 1000 ml?yi geçmemelidir.
- 7-Diyalizörler steril olmalı sterilizasyon yöntemi Gama veya Buhar olmalıdır.
- 8-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- 9-T.C. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.
- 10-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
- 11-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SÜT KOŞULLARINA UYMALI ve Türkçe olmalıdır.
- 12-Sözleşmenin imzalanmasına müteakip merkezin isteği doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir.
- 13-İhaleye iştirak eden firmalar teklif edecekleri ürünlere ait orijinal dökümanları ve 5(beş)adet numuneyi ihaleden 7 gün önce üniteye teslim edeceklerdir. İhale tü getirilen numuneler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14-Firma üretim hatası olan veya kırılan ve patlayan ürünleri bire (1) oranında değiştirmeyi taahhüt edecek ve bu belge ihale dosyasında bulunacaktır.
- 15-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmayan ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir

BİRİM SORUMLUSU

ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ

M.NURİ ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
25/06/2021 15:26 - E-36472700-949-785

