

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

1.GUTTA PERCHA AÇILI (MUHTELİF) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Döner sistem ile hazırlanmış kök kanallarını uyumlu bir şekilde doldurabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2. Gutta Perkaların renkleri aynı sistemde kullanılan eğelerin renkleriyle uyumludur.
3. 0,04 taper açılı olmalıdır.
4. Gutta Perkalar sorti ve asorti olarak 60' lık kutularda bulunmalıdır

Ayşe Gül ADIYAMAN
Tıbbi Sekreter

Deniz KESKİN

D. KCI
Merkezi
14251

Dr. Başhekim

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi
Dt. Başhekim İSİK
Tescil No: 35926