

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

02.07.2021

Sayı: 43

Konu: 2500 ADET ŞEKER STRİBİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.07.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|-------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ | | | 2500 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ

1. Stripler biosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
2. Stripleri kanı damlatmaya gerek duymadan sribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
3. Sribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
4. Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığını cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
5. 1.250 adet scribe 1 (bir) cihaz verilecektir.
6. Stripler 1,5 mikrolite kan örneğiyle çalışabilmelidir.
7. Stripler üzerinde sribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
8. Stripler 25'lik veya 50'lik ambalajlarda olmalıdır.
9. Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
10. Stripler orjinal ambalajında olmalıdır. kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
11. Stripler 4-30 °C sıcaklıkta saklanabilmelidir.
12. Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
13. Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
14. Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSI sistemleriyle yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
15. Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
16. Son kullanma_tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm tıbbi sarf malzemeler yenisiyle değiştirilecektir.
17. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Biyotoc
Zafer Miftci

Lab. Teknikeri
Nasir BAŞRAM



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

İHTİYAÇ TALEP FORMU (TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ DEMİRBAŞ)

Talep No: 1060

| S.N | MKYS KODU | MALZEMENİN / CİHAZIN ADI | TALEP MİKTARI | STOK MİKTARI | TALEP EDEN KLİNİK | KAYITLI DEMİRBAŞ SAYISI | KLİNİK DEMİRBAŞ SAYISI | KLİNİK UZMAN SAYISI | SON ALIM TARİHİ | SON ALIM FİYATI | MKYS FİYATI |
|-----|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 150-03-04-220000149 | ŞEKER STRİBİ İLE KANDA GLUKOZ TESTİ | 2500 Adet | | | | | | | | |

SAĞLIK TESİS TALEP GEREKÇESİ:

| STOK SORGULAMASI | YAPILMIŞTIR/ YAPILMAMIŞTIR | Tarih | İmza/Kaşe |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| | | 30.06.2021 | |

İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU

MURAT DİVARCI
İdari ve Mali İşler
Müdürü

ZAFER ÇİFTÇİ
BİYOLOG

NASIR BAYRAM
LABORATUVAR
TEKNİKERİ

Yukarıda Talep Edilen Malzemenin/Hizmetin Temini Hususunu Olurlarınıza Arz Ederiz.

İdari ve Mali İşleri Müdürü

İdari ve Mali İşler
Müdürü
Murat DİVARCI

Tunahan ATICI
Başhekim

Başhekim/ Yönetici