

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

12.07.2021

Sayı: 318

Konu: TUR ÖRTÜ SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.07.2021 saat: 10:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymaç ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TUR ÖRTÜ SETİ			600	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) kullanılmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## STERİL DİSPOSABLE TUR ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### SET İÇERİĞİ :

TUR ÖRTÜSÜ	:	200 X 240 CM. 1 ADET
ALET MASA ÖRTÜSÜ	:	100 X 150 CM. 1 ADET
TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK	:	2 ADET
HAVLU	:	40 X 40 CM. 2 ADET
STERİLİZASYON BOHÇASI (KREP)	:	100 X 100 CM. 1 ADET

### ŞARTNAME

1. Set tek kullanımlık olmalıdır.
2. Seti oluşturan materyaller antialerjik, antibakteriyel ve medikal kullanıma uygun olmalıdır. İpliklenme (HAV) yapmamalı, sağlam yapıda ve enfeksiyon riski olmamalıdır.
3. Hasta üst örtülerinde kullanılan kumaşlar ameliyat sırasında oluşacak kan, alkol veya bu özellikteki sıvıları alta geçirmeyen, non-woven, sms kumaştan yapılmış olmalıdır.
5. Set içindeki önlükler kesinlikle sıvı geçirmeyen, sıvı ile teması yoğun olan göğüs ve kollarda bir tarafı polietilen diğer katı non-woven malzeme ile takviyelendirilmiş olmalıdır.
6. Örtü litotomi pozisyonuna göre tasarlanmış olmalıdır. Örtü üzerinde operasyon sırasında oluşacak sıvıları toplamak üzere bir poş bulunmalıdır. Ayrıca poş üzerinde aspirasyon ve drenaja uygun tıplar bulunmalıdır.
8. Örtüler pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalıdır.
9. Setin tüm parçaları alet masa örtüsü içersine kullanım sırası ile yerleştirilip, krep kağıda sarıldıktan sonra steril poşete konulmalıdır.
10. Ürün etiketlerinin üzerinde imalatçı firma bilgileri, sterilizasyon şekli ve tarihi, son kullanma tarihi, ürün içeriği ve ölçü bilgileri, setin ismi, üretim izin numarası yazılı olmalıdır.
11. Setler etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Ürün sterilizasyon tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl raf ömrü olmalıdır.

Aybüke Nazik SARIKAYA  
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AİFER BÖK  
[Signature]

Alime Medeteyti  
Aunt. Hous.  
[Signature]