



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemiz laboratuvarının ihtiyacı olan aşağıda yazılı olan hizmetin alımı işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 16.07.2021 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/İşin | | | | KDV Hariç Teklif | |
|---|--------------------------|---------|--------|---|-------|
| Sıra No | Malın/İşin Cinsi | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | FOLEY SONDA LATEKS NO:16 | 100 | Adet | | |
| 2 | FOLEY SONDA LATEKS NO:18 | 100 | Adet | | |
| Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com | | | | Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza | |

Ek : Teknik şartname 1 sayfadır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

FOLEY SONDA 2 YOLLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün sarı renkli silikolateksden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün 2 yollu olmalıdır.
3. Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır.
4. Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
5. Ürünün balonu gövdenin içinde entekre olup gövde içinde şişmelidir.
- 6- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- 7- Balon şişirildiğinde patlamamalıdır.
- 8- Balon sıvısı tamamı geri çekilebilmelidir.
- 9- Sondalar sert olmamalıdır.
- 10- Tek kullanımlık olmalıdır

Kırsal Göben

Lutfiye BEKARCAN