

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI


**VAKUM POMPASI (MEMBRAN FİLTRASYON SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE)**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER :**

1. Vakum Pompası, laboratuvarımızda hali hazırda bulunan Membran Filtrasyon Sistemine uyumlu olmalıdır.
2. Vakum Pompası ile Erlen arasındaki bağlantı için uygun hortum verilmelidir.
3. Vakum pompası 220 V 50 Hz şebeke gerilimine uygun, yağsız ve membran tipinde olmalıdır.
4. Max. emiş 26 L/dak, max. olmalıdır. Pompa istendiğinde kolayca taşınabilmesi için üzerinde kolaylıkla kavranabilen bir kolu olmalıdır.
5. Pompalar çalışırken standart laboratuvar ekipmanları özelliklerine sahip olmalıdır.
6. Pompalar çalışırken hareket etmeyecek düzeneğe sahip olacaktır.
7. Cihazın özelliklerini anlatan teknik dokümanlar, kullanım ve bakım kılavuzu verilmelidir.
8. Vakum Pompasının Membran Filtrasyon Sistemine montajı firma elemanı tarafından yapılmalıdır.
9. Vakum Pompası 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl ücret karşılığında yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

Ogün GÜNDÜZ

Biyolog



Cuma GÜMÜŞTEKİN

Biyolog



Hikmet KALYON

Biyolog



Tevfik POLAT

Uz. Biyolog

