

1.KALEM : FREZ - ÇELİK ROND

- 1:Ulusal (TSE) veya uluslar arası standartlara uygun olmalı,
- 2:Çelikten imal edilmiş olmalı,
- 3:Başın formu Rond tipi olmalı,
- 4: Boyutları 010, 012, 014, 016, 018, 021 olabilmeli,
- 5:Frezler otoklavda 3 bar basınç altında 1350 C da, Kemiklavda 1260 C da, Kuru Sıcak Hava sterilizatöründe 1800 C da de steril edilebilmeli,
- 6:Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli
- 7:Malzemenin tesliminde üretim ve son kullanma tarihine göre en az 1 yıllık raf ömrü olmalı.
- 8:Kullanım amacına uygun olmalıdır
- 10:Ürünün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alım yapılacak ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır

2:KALEM: ELMAS FREZ(MUHTELİF)

1. Şaft bölümü çelikten imal edilmiş olup kimisi esnek özelliği göstermeli, bu anlamda kırılmalara karşı en yüksek direnci göstermelidir.
2. Her frez en az 10 diş kesebilmelidir
3. Frez seçiminde ürün kalınlığı üzerinde renk ve form seçimi hakkı tarafımıza tanınmalıdır.
4. Elektrostatik kutuplanmayla birinci kalite elmas granüllerle kaplı olmalıdır.
5. Otoklav edilebilir olmalı, Otoklav ve dezenfeksiyon solüsyonlarında paslanma ve kararma yapmamalıdır.
6. Orijinal ambalajında olmalıdır.
7. Firmanın teklif ettiği frezler orijinal kataloglarında birebir görülüp seçilebilmelidir.
8. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.

3.KALEM:GEÇİCİ DOLGU MADDESİ

1. Dolgu materyali nem altında kendiliğinden sertleşen, kaviteleri geçici olarak doldurmak amacı ile kullanıma uygun olmalıdır.
 2. Geçici dolgu maddesi ağız sıvıları ve ilaçlar için geçirgen olmamalıdır.
 3. Tek parça halinde artıksız uzaklaştırılabilmelidir.
 4. Ürün 28 gramlık cam kavanozda ve kapağı sızdırmaz contalı olmalıdır.
 5. Saklama koşulları 25°C ve üzerinde olmalıdır.
 6. CE 0123'e uygun olmalı ve bu ürünün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 7. Son kullanma tarihi şişe üzerinde ve özel karton kutu üzerinde yazılı olmalıdır.
- En az 18 ay raf ömrü olacak şekilde olmalıdır

4.KALEM:KOMPOZİT BİTİRME FREZİ

Ayşe GÜLBAĞCI
Tıbbi Sekreter

Özhan ÖZCAN
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Merkezi Bulvarı No:101

(Handwritten signature)

- 1-Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle air rotora takılan uç arasında boşluk olmamalıdır.
- 2-Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalıdır.
- 3-Grenleri kompozit dolgularda iz bırakmayacak derecede ince olmalıdır.
- 4-Kurum tarafından seçilerek alınacaktır.
- 5-Frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
- 6-TİTUBB kaydı olmalıdır.
- 7-Aeratör için beyaz ve sarı şeritli farklı tiplerde olacak.
- 8- Kullanım amacına uygun olmalı.

5.KALEMLER:PAPER POINTS AÇILI

1. Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
2. Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır.
3. Fabrikasyon olmalıdır.
4. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
5. Taper açısı 0.4 olmalıdır.
6. Orijinal kutu ambalajında olmalıdır.
7. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm'lik derecelendirmeleri olmalıdır.
8. En az 100'lük kutularda olmalıdır.
9. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
11. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
12. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır

Sihan ÖZCAN
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali İşler Müdürü
.../20...

Ayşe Gül AYTAMAN
Tıbbi Sekreter

Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Borak Yolu
Başkent
Ağrı