

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

30.12.2021

Sayı: 589

Konu: YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN TERAPİ SOLUNUM SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.01.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermenizi hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULLUĞAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|--|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN SETİ NEMLENDİRİCİLİ | | | 30 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

YÜKSEK AKIŞ OKSİJEN TERAPİ SOLUNUM SETİ

1. Set; bir adet ısıtıcı telli inspirium hattı, bir adet nazal kanül ve şamandıralı chamberdan oluşmalıdır.
2. Tek kullanımlık ve yüksek frekanslı ventilasyon moduna HASTANENİN MERKEZİ OKSİJEN SİSTEMİ için uygun olmalıdır.
3. Isıtıcı tel, PVC,kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, FTALAT), latex ve hayvansal doku içermemeli, kokusuz olmalıdır.
4. Isıtıcı telli devre konnektörlerinin çapı 22M/F standartlarında olmalı.
5. Isıtıcı telli devre hattındaki ısıtıcı tel homojen bir ısı dağılımı için spiral şeklinde olmalı ve ısı ölçümü iki yerden yapılabilecek şekilde, nemlendirici çıkışı ve hastaya yakın bir noktada olmalıdır.
6. Nazal kanül non-invaziv olarak pediatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalı.
7. Kokusuz, antiallerjik, non-toksik ve tahriş etmeyen PVC'den üretilmiş olmalı.
8. Kanül yapısı gereği yumuşak olmalı ve esnek bellow sayesinde hastanın burnuna zarar vermemeli ve king oluşturmamalıdır.
9. Nazal kanül konnektörü 22M/F standartlarında olmalı.
10. Burun girişleri yumuşak ve ergonomik olmalıdır.
11. Hastanın başına göre ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir.
12. Kanüller tekli temiz paket içinde olmalıdır.
13. Metal taban altlığı olmalı ve cihaza rahatça oturabilmelidir.
14. Maximum hava akışı 120 lt/min olmalıdır.
15. Chamber'daki su seviyesini sürekli istenen seviyede tutabilmek için, chamberda otomatik besleme (şamandıra) düzeneği olmalı.
16. Setlerin akredite bir labaratuardan biyo-uyumluluk testleri olmalıdır.
17. Yüklenici firmadan temin edilecek her 15 Adet Yüksek Akış Oksijen setine karşılık 1 adet cihaz ücretsiz verilmelidir.
18. Ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasından onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.

Uzm. Dr. Seza SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Teş. No: 147908
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3. Basamak YBÜ Sorumlu
Aysenur Döğertekin
H6

19. Yüksek akış oksijen terapi setlerinin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalı ve imalatçı kullanım süresi dolan kullanılmamış devreleri yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Uzm. Dr. Sedâ SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Tes. No. 147908
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3. Basamak A-C Blok Sorumlu
Hem. Ayşenur Doğankeleş
