

GAİTADA GİZLİ KAN TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kitler, gaitada kan varlığını tespit edebilmelidir.
2. Testlerde insan hemoglobinine hassas monoklanal antikorlar kullanılmalıdır.
3. Test gıdalarla alınan sığır, domuz, tavşan, at vb. hemoglobinleriyle çapraz reaksiyonlar göstermemelidir.
4. Test sonuçları görsel kalitatif olarak değerlendirilmelidir.
5. Çalışma kiti haricinde başka bir malzeme gerekmemelidir.
6. Kitler rahat ve kullanışlı olarak uygulanabilmesi için kaset özelliğinde olmalıdır.
7. Her kutunun içerisinde test kasetleri, hazır seyreltici bulunan gaita toplama tüpleri, rak, üzerinde testin çalışma prosedürü basılı olan ve ağzı bulaşmayı engelleyecek kilit sistemine sahip taşıma poşeti olmalıdır. Her kutuda en az 1 tane kullanım talimatı bulunmalıdır.
8. İçerisinde hazır seyreltici bulunan gaita toplama tüpleri 10'luk veya katları olacak şekilde dik olarak paketlenmelidir.
9. Test kasetleri ambalajlı olmalı ve ambalajın ağız kısmı mutlaka kapalı olmalıdır.
10. Test kutusu, kaset ambalajı, kaset ve gaita toplama tüpleri üzerinde karışıklığa meydan vermemek için testin adı lot numarası ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
11. Kitler oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
12. Testler CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Testler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır.
14. Test kasetleri ile gaita toplama tüplerinin son kullanım tarihi aynı olmalıdır.
15. Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kalan ürünler firma tarafından hiçbir sebep göstermeksizin değiştirilecektir.
16. Malzemenin uygunluğu tarafımızca test edildikten sonra teslim alınacaktır.

ÜYE
Dr. Yusuf ÇETİN

ÜYE
Hemşire Ruşen KARAKURT

ÜYE
Hemşire Sultan SUNGUR