

**T.C**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2022/1  
KONU : Mal alımı Hk.

05/01/2022

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 5 kalem Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 12.01.2022 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ MONİTÖR SPO2 PROBU	Adet	3		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NIBP	Adet	2		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5LEAD	Adet	2		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 12.01.2022 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 60(Atmış) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza <sup>(2)</sup>

**HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Teklif edilen ürün hastanemizde kullanılmakta olan BLT Marka, Q5 ve M9500 Model Hasta başı Monitörlere uygun Nıbp Ara Kablosu alınacaktır.
2. Hasta İzleme monitörlerinde kullanılmaya uygun çok kullanımlık olacaktır.
3. Üremim hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır.
4. Ekg Kablosunun üzerinde seri numarasının bulunduğu etiket bulunmalıdır.
5. Ekg Kablosunun soket kısmında altı adet pin olmalı, cihaza takılmasını kolaylaştıran kılavuz sistemine sahip olmalıdır.
6. Lead'lerin herbirinin hasta bağlantı bölümü renk kodlu olmalıdır.
7. Ekg kablosu çift uçlu olmalı, uçlarda yeşil, kırmızı, sarı, siyah ve gri olmak üzere beş lead olmalıdır.
8. Ekg Kablosu En az 280 cm uzunlukta olmalıdır.
9. Kablo PVC ve lateks içermemelidir.
10. EKG Kablosu cihazların EKG kanalı milivolt testlerinden geçebilmelidir. Firmalar bunun için demo ünitelerini hazır tutmalı ve numune onayı almalıdır.
11. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
12. Kablo cihaz ile aynı Firma ürünü olmalıdır. Toplama parçalardan oluşmamalıdır.
13. Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş iş günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

**GARANTİ, MONTAJ, EĞİTİM VE DİĞER HUSUSLAR:**

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. Madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TITUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dökümanları içerisinde belgelemelidir. ( Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TITUBB/ÜTS ve MYKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
4. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.
5. İdare tarafından UBBsi istenen fakat firma tarafından UBB Kapsam dışı olarak belirtilen cihazlar için TITCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

  
**AHMET ARAS**  
Taşlıca Devlet Hastanesi  
Tasınır Kayıt Yetkilisi



**HASTA BAŐI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU NİBP  
TEKNİK ŐARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. Hastanemizde kullanılmakta olan BLT BIOLIGHT Marka Q5 model ile BLT BIOLIGHT Marka M9500 Model Hasta BaŐı Monitörüne uygun Nıbp Ara Kablosu alınacaktır.
2. Hasta izleme monitörlerinde kullanılmaya uygun çok kullanımlık olacaktır.
3. Kablonun manŐon ara baŐlantısı konektörlü olmalıdır.
4. Kablo üzerinde Hastanemizdeki monitörlerine uyumlu konektör olacaktır.
5. Borular iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan olmalıdır.
6. Kablo en az 350cm(+10) olacaktır.
7. Ürünün markası, modeli, TİTUBB/ÜTS ve menŐei ülkenin adının yazılı olduĐu orijinal kutu/paket içerisinde teslim edilmelidir.
8. Yüklenici firma istenildiĐinde en geç beŐ iŐ günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi deĐerlendirme dıŐı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceĐi faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi deĐerlendirme dıŐı bırakılacaktır.

**GARANTİ, MONTAJ, EĐİTİM VE DİĐER HUSUSLAR:**

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz YönetmeliĐi'nin 3. Madde (o) bendi gereĐince **tanı**, teŐhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TİTUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dökümanları içerisinde belgelemelidir. ( Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doĐruluĐu TİTUBB/ÜTS ve MYKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
- 4.Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.
- 5.İdare tarafından UBBsi istenen fakat firma tarafından UBB Kapsam dıŐı olarak belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)dan alınmış kapsam dıŐı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli deĐildir.

  
**Ahmet ARAS**  
TaŐıŐay Devlet Hastanesi  
TaŐınır Kayıt Yetkilisi

**TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. SPO2 probu hastanemizde kullanılan BLT Marka Q5 ve M9500 Model Hastabaşı Monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Probun boyu en az 2 metre olmalıdır.
3. Prob kablosu kıvrımlarda hasar görmeyecek şekilde üretilmiş olan yumuşak malzemedен mamül olacaktır.
4. Prob uç kısmı yetişkin hastalar ve pediatrik hastalar için uyumlu olmalıdır. Hastanın parmağına takılan kısım silicon soft. Prob olacaktır.
5. Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
6. Malzeme numuneye uygun olacaktır.
7. Ürün orijinal olmalı ve cihazda sorunsuz çalışmalıdır.
8. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve Son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olmalıdır. İstekli, ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
9. Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş iş günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Teklif edilen ürünün marka ve modeli teklifte belirtilmelidir.

**TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

1. SPO2 ara kablolar hastanemizde kullanılan BLT Marka Q5 ve M9500 Model Hastabaşı Monitörlere uyumlu olmalıdır.
2. Boyu en az 2 metre olmalıdır.
3. Prob takıldıktan sonra probun çıkmasını engelleyecek koruyucu bariyer olacaktır. Bu bariyer sayesinde probun içerisine sıvı ve benzeri maddelerin girişi engellenmiş olacaktır.

**Ahmet ARAS**  
Taşçıy Devlet Hastanesi  
Taşçıy Devlet Hastanesi  
Taşçıy Devlet Hastanesi



4. SPO2 probun kablosu hassas ve kıvrımlara karşı hasar görmeyecek şekilde üretilmiş olan yumuşak malzemedan mamül olacaktır.
5. Prob ara kablosu kullanılan SPO2 Problar ile tam uyumlu olacaktır.
6. Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
7. Malzeme numuneye uygun olacaktır.
8. Ürün orijinal olmalı ve cihazda sorunsuz çalışmalıdır.
9. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve Son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olmalıdır. İstekli, ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
10. Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş iş günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11. Teklif edilen ürünün marka ve modeli teklifte belirtilmelidir.

#### **GARANTİ, MONTAJ, EĞİTİM VE DİĞER HUSUSLAR:**

1. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. Madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
2. Yüklenici firma tarafından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında ya da Ürün Takip Sistemi'nde (TITUBB)/(ÜTS) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu satın alma dökümanları içerisinde belgelemelidir. ( Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TITUBB/ÜTS ve MYKYS'den kontrol edilir.
3. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
- 4.Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.
- 5.İdare tarafından UBBsi istenen fakat firma tarafından UBB Kapsam dışı olarak belirtilen cihazlar için TITCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)dan alınmış kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

**Ahmet ARAS**  
Taşlıçay Devlet Hastanesi  
Taşınır Kayıt Yetkilisi