


STERİL SODYUM TİYOSÜLFATLI PLASTİK PET NUMUNE ŞİŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 - Numune şişelerinin tabanı düz olmalı kapak ve gövde kısmı polietilen veya polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2 - Numune şişeleri koyu renkte olmalıdır.
- 3 - Numune şişeleri 500 mL hacimli, dikdörtgen veya kare şeklinde olmalıdır. Ağız çapı 50mm olmalıdır.
- 4 - Numune şişeleri hava geçirmeyen, açılmadığı sürece sterilizesini koruyan vidalı kilit kapak sistemine sahip olmalıdır.
- 5 - Numune şişeleri steril ve sızdırmaz olmalıdır. Sterilizasyon gama radyasyonla TS EN ISO 19458'e uygun olarak yetkili ve bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Yapılan sızdırmazlık testleri belgelendirilmelidir. Numune şişeleri yaklaşık %90 doluluğa getirilip çalkalandıktan sonra sızdırma meydana gelmemelidir.
- 6 - Şişe üzerinde kabartmalı taksimatlandırma olmalıdır.(numunenin ne kadar alındığını öğrenmek için)
- 7 - Şişe üzerinde etiket bilgisi olmalıdır.
- 8 - Alınacak numunedeki serbest ve kalıntı kloru tamponlamak amacıyla alınacak numune kapları "**Sodyum Tiyosülfat**" içermelidir.

Süleyman Yeğın

Çevre Sağlığı Teknikeri



Zeynep AĞIRKAYA

Çevre Sağlığı Teknikeri

