

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık müdürlüğü
Hamur İlçe Devlet Hastanesi

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTI-A)

- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
- 2- Kitlerin spesifite ve sensitivite'si yüksek olmalıdır.
- 3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
- 4-Ürün miyadı teslim tarihinden itibaren an az bir (1) yıl olmalıdır.
- 5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
- 6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
- 8- Antijenler likit formda olmalıdır.
- 9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
- 10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
- 11-Anti-Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
- 12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTI-B)

- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
- 2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
- 3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
- 4-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren an az bir (1) yıl olmalıdır.
- 5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
- 6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
- 7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
- 8- Antijenler likit formda olmalıdır.
- 9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
- 10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.

- 11-Anti-Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12-Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.

MANUEL KAN GRUPLAMA ANTİSERUMLARI(ANTI-D)


- 1-Kitler hızlı (1-10 dakikada) sonuç vermelidir.
2- Kitlerin spesifite ve sensitivitesi yüksek olmalıdır.
3- Test serumları monoklonal olmalıdır.
4-Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl olmalıdır.
5- Orijinal ambalajlı olmalı 100 testlik, 10ml lik ve damlalıklı olmalıdır. Reaktifin miktarı ambalajdaki damlalıklarla kullanıldığında yeterli olmalıdır.
6- Kullanılmayan malzemeler 2(iki) ay öncesinden haber vermek kaydı ile yeni miatlı olanlar ile değiştirilmelidir. Bozuk ambalajlar tespit edildiğinde firma yenisi ile değiştirmelidir.
7-Aglutinasyon çıplak gözle net olarak saptanabilmelidir.
8- Antijenler likit formda olmalıdır.
9-Daha önce denenmemiş sistem ve kitler için ihaleden sonra demonstrasyon istenecektir.
10- Ürünler takım veya tekli olmalıdır.
11 -Anti- Serumlarla slayt plaka ve tüp yöntemlerinden her biri ile çalışabilmelidir.
12- Flakon üzerinde ürünün markası içeriğini ve son kullanma tarihini belirten etiketi bulunmalıdır.
13-Anti-D ıgM ve ıgG ye duyarlı olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

- 1-Bütün kitler UUB(Ulusal bilgi bankasına) kayıtlı olmalıdır.
2-Malzemelerin saklama süresince saklama koşullarına uyulmasına rağmen stabilitesinde problem ortaya çıkarsa firma bunu yenileriyle değiştirecektir
3-Malzemelerle ilgili bir sorunla karşılaşırsa 72 saat içinde yenileriyle değiştirilebilmelidir.


Lab. Sorumlusu

Daya ZENGİN



Lab. Teknikeri

Ömer NARMAN



Lab. Teknikeri

FARUK TOPRAK

