



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **5 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.03.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CAM İYONOMER DOLGU SİMANI	ADET	7		
2	ÇELİK ROND FREZ ANGULDURVA	ADET	100		
3	ÇİNKO POLİKARBOKSİLAT KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI	ADET	7		
4	YENGEÇ MATRİKS BANDI	PAKET	20		
5	DÜZ MATRİKS BANDI	KUTU	20		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a78786b6-83cc-4ef6-a807-57b23d2cf4c3
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Satın Alma Birimi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Veri Hazırlama ve Kontrol İŞt.

Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47



CAM İYONOMER DOLGU SİMANI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Diş dokuları ile bio uyumlu olmalı,kor yapımında kaide ve süt dişlerinde restorasyonunda,daimi dişlerin kavitelerinde dolgu malzemesi olarak kullanılabilirdir.
- 2.En az 15 gr toz ve likid damlalığı,toz ölçęęi,karıştırma kağıdı ve Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
- 3.Ürünün karıştırma süresi 1 dakikadan fazla olmamalı,çalışma süresi 3 dakikadan fazla olmamalı,kendiliğinden donmaya bırakıldığında donma zamanı 4-5 dakikadan fazla olmamalıdır.Klinik olarak test edilecektir.
- 4.Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az iki(2)yıl olmalıdır.
- 5.Ürün;kondense(tepilebilir)özellikte posterior ve molar dişlerin restorasyonunda kullanılan yüksek dirençli,mikroglass yapıda flor iyonlaştıran özellikte klinik kullanıma uygun olmalı ve bu özellikleri prospektüsünde yazılı olmalıdır.
- 6.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 7.Kullanım amacına uygun olmalı,numune değerlendirme komisyonunca klinikte test edilecektir.

ÇELİK ROND FREZ ANGULDURVA İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Ambalajında üzerinde frezin özelliklerini ve ebatlarını gösterir numaralar yer almalıdır.
- 2.Kron ve köprü sökümünde kullanılabilir olmalıdır.
- 3.Orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4.Ucu ve gövdesi arasında renk deęişikliği olmamalıdır.
- 5.Anguldurvaya takılmaya müsait olmalıdır.

Doc.Dr.Yazar ERYÜZÜMAZ
Kıbrıs Tıp Fakültesi
Fakültesi
Dip.No:4357

Dr.Fredde Ses ve 1057

Dr.Yazar Eryüzü
Diyadin Devlet Hastanesi
Dip.No:4357

6.Frezler tungstein carbide çeliğinden olmalı otoklav ve dezenfeksiyon solüsyonlarda kesinlikle oksitlenmemeli ve kararmamalıdır.

ÇİNKO POLİKARBOKSİLAT KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1.Orijinal ambalajında olmalı.toz ve likit birlikte verilmeli,prospektüsü içerisinde olmalıdır.
- 2.En az 80 gr toz ve 40 gr likit ve ölçüğü olmalıdır.
- 3.Toz Zn,Mg,Al oksit ve isorik asit içermelidir.
- 4.Likit akrilik asit,maleic asit anhidrid ve distile su içermelidir.
- 5.Radyo opak görüntü vermelidir.
- 6.Sertleşme süresi 5-8 dk arasında olmalıdır.
- 7.Ürün teslim tarihinden itibaren en az iki(2)yıl raf ömrü olmalıdır.
- 8.Kullanıma uygun olmalıdır,kabul komisyonunca klinikte test edilecektir.

YENGEÇ MATRİKS BANDI İÇİN ŞARTNAME

- 1.Sterilizasyona dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.3 delikli kalın-ince çeşitlerinden olmalıdır.
- 3.Poşet içerisinde 12 bant olmalıdır.

DÜZ MATRİKS BANDI 7 MM İÇİN ŞARTNAME

- 1.Rulo şeklinde olacaktır.
- 2.Dolgu yapımında kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Orijinal kutusunda olmalıdır.

Doğuşal Paz. ve İlaç. San. Tic. Şti.
Dt. F. Etilimaz
Dışiş. No: 45311

Dt. Feride Etilimaz
5d

Doğuşal Paz. ve İlaç. San. Tic. Şti.
Dt. F. Etilimaz
Dışiş. No: 45311

4.0,07 mm kalınlıkta olmalı ve sağlam yapıda olmalıdır.

5.Paslanmaz çelikten olmalıdır.

Dr. Dr. Yasar Eylim
Doğulu Yazar Devlet Hastanesi
Dt. Fatma Nur
Dip. Tes. No: 43581

Dr. Dr. Yasar Eylim
Doğulu Yazar Devlet Hastanesi
Dt. Mehmet Nuri İlç
Dip. No: 43581

Dt. Feride Geçer
Dip. No: 43581