



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
21.03.2022 13:46 - E-68917221 - 949 - 380



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **28.03.2022 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON STERİL 2000 ML	ADET	1.000		
2	ALÇI ALTI PAMUK 15 CM X 2 M	ADET	1.000		
3	HİDROFİL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 16 TEL 8 KAT	METRE	5.000		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: e5bc6736-0286-4c65-b62d-5c2348faddef — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Dr. Yaşar Eryılmaz, Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

ernet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



İDRAR TORBASI MUSLUKLU, NONSTERİL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır. 3. 2000 ml kapasiteli olmalıdır. 4. Hortum uzunluğu en az 80 cm olmalıdır. 5. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru olarak göstermelidir.
Teknik Özellikleri:	6. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalı ve idrarın torbaya akışını engellemeyecek nitelikte olmalıdır. 7. Torbanın hortum kısmında klemp olmalı, kleplendiğinde hortuma zarar vermemeli, kendiliğinden açılmamalıdır. 8. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalı, aşağı çekerken musluk yerinden çıkmamalıdır. 9. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemelidir. 10. İdrar torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, torba dolu iken patlamamalıdır. 11. Torba tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı ya da tekrar çıkarılıp takıldığında delikler kolay yırtılmamalı 12. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalıdır. 13. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı, konnektör ve kapak farklı renklerde olmalıdır. 14. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı, sondayla uyumlu olmalı, idrar sızdırmamalı ve hiçbir şekilde sondadan ayrılmamalıdır. 15. Torbanın her iki yüzü ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalıdır. 16. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortumda gerilme oluşturmayacak,

Ecz. İhan DEMİR
Dip.No: 2017/37640
Tescil No: 47676

Emrah TEYFUR
Hemşire

Meryem Çelici

İDRAR TORBASI MUSLUKLU, NONSTERİL

	<p>hortum idrar geçişini engellemeyecek ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak sertlikte olmalı. Torba dolduğunda hortum boyu uzamamalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>17. Ürün paketlenmiş olmalıdır.</p> <p>18. Her 5 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya ve rahatça elle taşımaya uygun sağlam plastik malzemedен üretilmiş iki tarafı çentikli idrar torbası hortumunun bükülmesini önleyen sabitleyici bulunan uç kısımları torbayı delmeyecek özellikte olan idrar torbası askısı birlikte verilmelidir.</p> <p>19. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.</p>

Ecz. İnan DEMİR
Dip. No: 2047/57647
Tescil No: 47679

EMİN FUR
H...
SS

Merjem Cefe
[Signature]

ALÇI ALTI PAMUK

Temel İşlevi:	1. Sürtünmeye bağlı olarak oluşması muhtemel alçı yaralanması riskini azaltarak hastanın korunmasını sağlamak amacı ile medikal pamuktan imal edilmiş olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün alçı altın kullanılan rulo pamuk ve/veya alçı altı çorap çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün çorap şeklindeki tipleri %96 polyester ve %4 poliüretan yapıda olmalı ve bu örgü yapısı sayesinde su geçirmez özelliğini sağlamalıdır. 4. Ürünün 5cm,10cm, 15cm, 20 cm vb. en'lerde ve 1 mt,1.5 mt, 2 mt, 2.5mt ve 3 mt vb. uzunluklarda çeşitlerinden herhangi birinden olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Medikal sentetik ve polyester elyaftan imal edilmiş olmalıdır. 6. Pamuklu ped gibi su emmemelidir. 7. Yumuşak ve koruyucu tampon vazifesi görmelidir. 8. Kolayca kopabilme özelliği olmalıdır. 9. Hipoallerjik olmalıdır. 10. Sentetik pamuk eksiz olmalı kir, yağ lekesi vb. kusurlar bulundurmamalıdır. 11. Her bir alçı altı pamuğu genişliğine sarılmalı ve bu rulo uygun bir malzeme ile ambalajlanmalıdır. 12. X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir. 13. Rulo kâğıt ile sarılmış olmalı ve/veya medikal poşetle ambalajlanmış olmalıdır. 14. Alçı altı çorap çeşitleri sıvı geçirmez özellikte olmalı, bu sayede tedavi süresinin uzamasının önüne geçilebilmelidir. 15. Alçı altı çorap çeşitlerinde, Çorap kalınlığı ortalama 4mm olmalı ve 1 katın ağırlığı en az 280g/m ² olmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Ürün ÜTS kaydı bulunmalıdır. 17. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Ecz. İnan DEMİR
Dip. No: 2017
Tescil No: 4117

Ecz. Mustafa FUR
33

Moğun Cifci
[Signature]

GAZLI BEZ

Temel İşlevi:	1. Sağlık tesisinde kullanılan Tampon, gaz kompres, batınkompres, pamukluped vb. yapımında kullanılmak amacı ile %100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş medikal malzeme olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Bir top gaz bezinin eni en az 90 cm, boyu en az 100 metre olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek %100 hidrofil pamuk ipliğinden üretilmiş olmalıdır. 4. Hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirşsiz(apresiz), temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir. 5. Oda sıcaklığında en az 24 saat bekletildikten sonra 1 m ² sinin ağırlığı en az 24 gr. dan az olmamalıdır. 6. 1 cm ² 'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20(+/-1) adet olmalıdır. 7. Düzgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır. 8. Her bir topu suya neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.
Genel Hükümler:	1. Ürün her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet =90cm *100mt uzunluğunda 1 top olarak teslim edilecektir. 2. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır. 3. Ürün ÜTS kayıtlı olmalıdır. 4. Teslimat balya şeklinde olmalıdır. 5. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Ecz. İnan DEMİR
Dip.No:2017/37040
Tescil No:47670

SS

Meryem Güler