



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
22/03/2022 09 31 - E-36472700-949-406  
00161650387

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 28.03.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Diyalizör 1.8-1.9	500	Adet		
Toplam					
<b>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</b> <a href="mailto:satinalmaeleskirtdh@gmail.com">satinalmaeleskirtdh@gmail.com</a>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK  
BAKANLIĞI  
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ  
DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1-GENEL ÖZELLİKLER/

DİYALİZÖR SENT. MBRN. 13-17

- 1-Diyalizörlerin Membran metaryali biouyumlu tam sentetik (PAN,PMMA,polyamid poroktan, polysulfaone, Polyethersulfone) olmalıdır
- 2-Diyalizör hollowfiber yapıda olmalıdır
- 3-Diyalizörlerin membran yüzey alanı ve miktarı aşağıda belirttikleri gibi olacaktır.
- 4- Diyalizörlerin ultrason katsayısı (Kuf Değeri 30-85 ml/saat/mmHg) arasında olmalıdır.
- 5-Diyalizörlerin maksimum TPM 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 6-Diyalizörün yıkanması esnasında kullanılan serum fizyolojik miktarı 1000 ml?yi geçmemelidir.
- 7-Diyalizörler steril olmalı sterilizasyon yöntemi Gama veya Buhar olmalıdır.
- 8-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- 9-T.C. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.
- 10-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
- 11-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SÜT KOŞULLARINA UYMALI ve Türkçe olmalıdır.
- 12-Sözleşmenin imzalanmasına müteakip merkezin isteği doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir.
- 13-İhaleye iştirak eden firmalar teklif edecekleri ürünlere ait orijinal dökümanları ve 5(beş)adet numuneyi ihaleden 7 gün önce üniteye teslim edeceklerdir. İhale ü getirilen numuneler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14-Firma üretim hatası olan veya kırılan ve patlayan ürünleri bire (1) oranında değiştirmeyi taahhüt edecek ve bu belge ihale dosyasında bulunacaktır.
- 15-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmayan ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
22/03/2022 09:31 - E-36472700-949-406



00161650387

DİYALİZ SORUMLUSU  
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ  
ESRA DÜZ

DİYALİZ HEMŞİRESİ  
M.NURİ ÇETİN