



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
22/03/2022 09:31 - E-36472700-949-406  
00161650387

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 28.03.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Fistül Giriş-Çıkış Bakım Seti	500	Adet		
Toplam					
<b>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</b> <a href="mailto:satinalmaeleskirtdh@gmail.com">satinalmaeleskirtdh@gmail.com</a>				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

- Ek : Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.  
Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
  - Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
  - Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
  - Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
  - Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
  - Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
  - İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
  - Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
  - Teknik Şartname ektedir.
  - En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
  - Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
  - Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ  
FİSTÜL GİRİŞ-ÇIKIŞ BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

**1-GENEL ÖZELLİKLER/**

1. Teklif edilen setler, iki ayrı poşet içerisinde yerleştirilmiş olmalıdır. ketler perforeli olarak birleşik olmalı, kolayca birbirinden ayrılmalıdır.

Giriş Seti kendi orijinal ambalajında, Çıkış Seti kendi orijinal ambalajında olmalıdır.

Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. İstekliler, TİTUBB'da kayıtlı oldukları steril belgeleri sunmak zorundadır. İhaleye giren firma bayi ise, ihaleye girilen ürünün tedarikçi (üretici/ithalatçı) firmasının bayisi luğunu gösterir belgeyi teklif ile birlikte sunmak zorundadır.

Teklif edilen setler, etilen oksit ile steril edilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.

Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

Paketin üstünde son kullanma tarihi, ürün saklama koşulları, lot numarası, sterilizasyon metodu, üretici firma adı gibi bilgiler lunmalıdır.

**Diyaliz Giriş Seti İçeriği;**

2 (iki) adet %70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan (4 kat), 7-8 cm. x 7-8 cm. yüksek kan emici özellikli spanç,

2 (iki) adet anti-alerjik yapıda cerrahi katlanmış mavi pudrasız nitril eldiven (medium boyut),

1 (bir) adet kol altı örtüsü 40-55 cm. x 50-55 cm. üst yüzeyi kan ile temasında kanı emecek yapıda olmalıdır. Bezin alt yapısı ise, n sızıntısını engelleyecek şekilde sıvı geçirmez olmalıdır.

8 (sekiz) adet anti-alerjik 1.5-2.5 cm. x 14-16 cm. fix flaster,

2 (iki) adet %70 izopropil alkol içerikli 6 cm. x 8 cm. dış ebat, cm. x 18 cm. iç ebat swab mendil olmalıdır.

**Diyaliz Çıkış Seti İçeriği;**

4 (dört) adet %70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan (4 kat), 3 cm. x 7-8 cm. spanç,

2 (iki) adet anti-alerjik yapıda cerrahi katlanmış mavi pudrasız nitril eldiven (medium boyut),

1 (bir) adet anti-alerjik yapıda beyaz eldiven (MEDIUM boyut),

2 (iki) adet 38 mm. x 72 mm. Hemostatik Bası Bandı olmalıdır.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
22/03/2022 09:31 - E-36472700-949-406



00161650387

BİRİM SORUMLUSU

ERGÜL MAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ

M.NURİ ÇETİN

DİYALİZ HEMŞİRESİ

ESRA DÜZ