



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME (2 ADET ARTROSKOPİK OPTİK KANÜL) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **11.04.2022 tarih ve saat 11:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ARTROSKOPİK OPTİK KANÜL	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3f93ac56-5b9a-409c-adf1-24b1b94e24cc
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Satın Alma Birimi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Veri Hazırlama ve Kontrol İslt.

e-posta: ddhsatinalma@gmail.com İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47



ARTROSKOPİK TELESKOP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1) Teleskopün distal ve proksimal uçları safir kaplamalı olmalıdır.
- 2) 4 mm çapında ve düz ileri bakış eksenli 30 derece görüş açılı olmalıdır.
- 3) Teleskop farklı çap ve açı seçenekleri ile kalçada, dizde, omuzda, dirsekte (karpal tünel sendromu), temporomandibular eklemden, ayak bileğinde ve ayakta (plantar fasya gevşekliği) gerçekleştirilen artroskopik prosedürlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 4) Aktif maddesi \geq %2,4 glutaraldehit veya \geq %0,55 orto-ftalaldehit olan çözeltilerde dezenfekte edilebilmelidir.
- 5) Aşağıdaki sterilizasyon yöntemleri ile steril edilebilmelidir.
 - STERFAD®,
 - STERIS®/Amsco®
 - V-PRC
 - Etilen Oksit (EtO)
 - Buhar otoklav
- 6) Gerektiğinde adaptör yardımı ile değişik sistemlerin soğuk ışık kaynakları ile kullanılabilir.
- 7) "Speed-Lock" kilit mekanizması ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede teleskop, kanüle tek elle kilitlenebilmelidir.
- 8) Yüksek görüntü netliği için HD (IDEAL EYES®) teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

4,0mm optik uyumlu kanül

- 1) Çapı 4,0mm ve 0, 30, 70 derece scopların kullanımına uygun yapıda olmalıdır.
- 2) "Speed-Lock" kilit mekanizması ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede scope ,kanüle tek elle kilitlenebilmelidir.
- 3) En az 5,8mm çapında ve 4,0mm optiklerin rahat kullanımına uygun yapıda olmalıdır.
- 4) Çift musluklu ve musluklar 360 derece dönebilir olmalıdır.
- 5) Paslanmaz nitelikte her türlü ortamda steril edilebilir özellikte olmalıdır.
- 6) Otoklavda ve antiseptik solüsyonlar içinde dezenfekte edilebilmelidir.

OBTURATOR, TROCAR

- 1) Paslanmaz nitelikte her türlü ortamda steril edilebilir özellikte olmalıdır.
- 2) Diğer parçalar ile uyum içinde olmalıdır.
- 3) İç çapı 5.8mm olmalıdır.
- 4) Drenaj kanülü hızlı kilitleme ve açılma özelliğinde olmalıdır.
- 5) Otoklavda ve antiseptik solüsyonlar içinde dezenfekte edilebilmelidir.
- 6) Künt veya sivri uçlu verilmelidir.

Ürünün numune gönderilmelidir.

ÖZGEZİ KILIÇ
Dr. Öğretim Üyesi
Dokuz Eylül Devlet Hastanesi
Dokuz Eylül Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Neslihan Ocboş

Doç. Dr. YAŞAR ERVİLMEZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Gürkan DENİZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dep. Tesc. No: 146831