



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **12.04.2022 tarih ve saat 14:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RAPİT 6/0 KESKİN 13 MM 75 CM	ADET	120		
2	PDS 4/0 YUVARLAK 16MM 75 CM	ADET	120		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 391bf88b-12148c7-afbc-8f58d1734fca  
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Satın Alma Birimi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Veri Hazırlama ve Kontrol İşl.

İnternet Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## RAPİT TEKNİK ŞARTNAME

1. Malzeme içeriği ve kaplaması Polyglactin olmalıdır
2. Suture uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.
3. 10-15 gün doku desteği sağlamalıdır.  
5. gün gücünün yaklaşık % 50  
10-14. gün yaklaşık %0 na sahip olmalıdır
4. Ortalama 42 günde tamamen emilmelidir.
5. Raf ömrü en az 5 yıl olup, son kullanma tarihi poşetlerin üstünde yazılı olmalıdır
6. Düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
7. Düğüm rahat bir şekilde kayıp oturabilmelidir.
8. İstenilen her malzemenin iğne boy (1+mm, -1 mm), iğne özelliği ve ip kalınlığı içeriği ve kaplaması bire bir olmalıdır.
9. İğneler; bükülmeye karşı dayanıklı olması için, çelik alaşımdan imal edilmiş ve ısı işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
10. Beher poşet üzerinde metrik sistemine göre ölçü ve UPS karşılığı ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
11. Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Dokuya travmatize etmemelidir.
12. Beher kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır.
13. Teklif atan firma teklifle birlikte numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler ilgili klinik tarafından denendikten sonra tutanaklarındaki görüşler doğrultusunda malzeme secimi yapılacaktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Sıgı Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi  
Op. Dr. Onur TANRISEVER  
Dip. Tesc. No: 181277

Op. Dr. İdris ARSLAN  
Genel Cerrahi  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277

Op. Dr. İdris ARSLAN  
Genel Cerrahi  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277  
Dip. Tesc. No: 181277

SENTETİK UZUN SÜREDE ABSORBE OLAN POLİDİOKSANONPOLYGLYCONATE CERRAHİ SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ (PDS 610 Yuvarlak 16mm 75cm)

1. Malzeme içeriği Polydioxanone yada Polyglyconat olmalıdır.
2. Monoflaman yapıda olmalıdır.
3. Sentetik yapıda olmalıdır.
4. Absorbe olmalıdır.
5. 60 gün doku desteği sağlamalıdır.
6. 180-210 gün içinde vücuttan tamamıyla atılmalıdır.
7. Gösterdiği gerilme gücü 3/0 ve kalınlar için; A) 14. günde % 75 B) 28. günde %70 C) 42. günde %50 olmalıdır.
8. İğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla en az %11-19 arasında krom, en az %0,5-ve üzeri nikel alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Firma bunu belgelendirmelidir. Keskin iğneli kodlarda travmatizasyonu azaltmak amaçlı iğne uç yapısı üçgen (veya yıldız) gövde yapısı ise yuvarlak olmalıdır.
9. Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.
10. Düğüm kolay kaydırılmalıdır. İlk düğüm sağlam olmalıdır.
11. Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.
12. Düğüm hafızası olmamalıdır.
13. İğne dokudan kolaylıkla minimum travmayla, deforme olmadan geçmelidir. Geçtikten sonra suture dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.
14. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.
15. Cerrahi suturen iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda olmalıdır. Cerrahi suturen iğnesinin gövdesi portegüden her yöne doğru kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.
16. İğne ve suture çapı birbirine uyumlu olmalıdır.
17. İğne suture birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.
18. İğne ile suture birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılmaması sağlanmalıdır.
19. Suture paketinden çıktığında minimum paket içeriğine sahip olmalıdır.

Akın İl Sağlık Hizmetleri  
Dokümanları Departmanı  
1. Beşiktaş Hastanesi  
Op. Dr. Emre AYDIN  
Dip. Tesc. No: 17354  
Etiler Hastaneleri Üstümlü

Dr. İdris AKOĞLU  
Genel Cerrahisi  
Dip. Tesc. No: 123496  
Op. Dr. İdris AKOĞLU  
Doğuş Hastanesi Genel Hastanesi

TC SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
KBŞ ve Baş Boyun Cerrahisi  
Op. Dr. Özgür TANRISEVER  
Dip. Tesc. No: 181217

20. Ambalaj sütünun kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.

21. Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Dış ambalaj kolay açılabilir olmalıdır.

22. Sütür malzemesinin Loop formlarının iplik uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.

23. Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve son kullanma tarihinin dolmasına 3 ay kala bildirim yapılmış medikal malzemeleri fiyat farkı veya ek bir maliyet talep etmeden uzun miadlı yeni ürünlerle değiştirmelidir.

25. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütünun kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

26. Firma en az 5 adet numune vermelidir. 27. UBB Kaydı olmalıdır.

28. İğne boyları istenilen ebatta ve sütün uzunlukları EP ve USP standardına uygun olmalıdır.

29. Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Keskin iğneler keskinliğini yuvarlak iğneler sivrilikliğini operasyon boyunca korumalıdır.

30. Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütün kalınlığı, sütün uzunluğu, sütün rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir, okunabilir ve sonradan yapıştırma olmayacak ve silinmeyecek şekilde orijinal baskılı olmalıdır. Kutu ambalaj içerisinde Türkçe prospektüs olmalıdır.

31. Ürün tanımındaki kolaylık için farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olmalıdır. Bu renk kodlamaları uyumlaştırılmış standartlara uygun olmalıdır.

32. İğne ebatları lhale listesindeki ebatlarla aynı ölçülerde ( $\pm 1$ mm) olmalıdır.

- Örnekler tabii şartlara teslim edilecektir.

Op. Dr. İdris AKÇAY  
Genel Cerrahi  
Diyadin No: 122450  
Diyadin No: 122450  
Diyadin No: 122450

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
İğne Doğubeyazıt Devlet Hastanesi  
KBB ve Baş Boyun Cerrahisi  
Op. Dr. ÖZAN TANRISEVER  
Diyadin No: 134217

Op. Dr. Mustafa YILMAZ  
Diyadin No: 122450  
Diyadin No: 122450  
Diyadin No: 122450