



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
11/04/2022 14:13 - E: 36472700-949-514



00163191763

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 18.04.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Hemodiyaliz Cihazı İçin Su Sistemi Yapımı (Pexa Boru Hattı) Hizmeti	1	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI

AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
SU SİSTEMİ PEXA BORU HATTI YAPIM TEKNİK SARTNEMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1-GENEL ÖZELLİKLER/

1 MAKİNA KAPASİTELİ PEXA BORU HATTI YAPIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

3,3 BAR ARASI ÇALIŞMALIDIR

70 C İLE 71 C ARASINDA ÇALIŞMALIDIR

20 PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACIMI 0,3 CC OLMALIDIR.

20 PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACMI 0,3 CC OLMALIDIR.

316 PASLANMAZ OLMALIDIR.

EPDM OLMALIDIR.

10 mm HORTUM UCLU OLMALIDIR.

İKİ AYRI PARÇADAN OLMALIDIR.

9.YAPILACAK OLAN SAF SU HATTINDA HERHANGİ BİR YAPIŞTIRMA VE KİMYASAL
KULLANILMAYACAKTIR.

10.KULLANILACAK TE/DİRSEK/YÜZÜK 25*2,3 – 25*3,5 – 20 * 2,0 EBATLARINDAN OLACAK

1. YÜKLENİCİ FİRMA TSE 12426- 12843 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İSO 13485- 2016

ISO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 12YÜKLENİCİ FİRMA SU

YAPIM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ BELGELERE SAHİP OLMALIDIR.

DEMONTAJI VE MONTAJI YAPILACAKTIR. DAHA SONRA
OLABİLECEK SORUNLAR VEYA ARZALAR YÜKLENİCİYE AİTTİR

DİYALİZ SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
MESUT DEMİR

DİYALİZ HEMŞİRESİ
M.NURİ ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRLİĞİ
11/04/2022 14:13 - E:3642760-049-014



00163191763