

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2022/33
KONU : Mal alımı Hk.

12/04/2022

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 15.04.2022 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Damla Ayar Seti	Adet	200		
2	Hidrofil Gazlı Bez 90x100 cm 20 Tel Rulo	Metre	1000		
Toplam					

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 15.04.2022 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

DAMLA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damla ayar seti steril bir ambalaj içerisinde verilmeli,
 2. Ambalajın üzerinde sterilizasyon sistemi ile steril tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmeli,
 3. Setin iki ucu plastik kapalı olup ancak kullanırken açılmalı,
 4. Damla ayar seti üstün hassasiyette olup ayarladığı ölçüde sıvı akışını sağlamalı,
 5. Damla ayarında sapmaları $\pm 5\%$ in üzerinde olmamalı ve hasta hareketi ile ayarı bozulmamalı,
 6. Damla ayar setinin akış hızı 2-350ml/h olmalı,
 7. Yüksek vizkoziteli solüsyonların akış hızını ayarlamak için ikinci bir skala olmalı,
 8. Akış hızı sabit olmalı,
 9. Ayar bölümünün hasta ile temas etmemeli,
 10. Setten serum akıtmamalı,
 11. Serum hortumlarının bir ucu female lüer lock, diğer ucu male lüer lock konektörlü olmalı,
 12. Setin uzunluğu 50 cm ± 5 olup set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalı,
 13. Damla ayar setinin üretildiği malzeme latex içermemelidir, ambalaj üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
 14. Ambalaj üzerinde imal, Son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
 15. Ürünün TITUBB'da (T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) YADA ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kaydı bulunmalı,
- Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir.

Hosur ŞANLI
Tıbbi Sekreter

Ebubekir GÜMEZ
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari İşler Birim Başkanı

Dr. Ahmet SAMAN
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Başhekim

HİDROFİL GAZLI BEZ 90X100 CM 20 TEL RULO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bir santimetrekaredeki atkı ve çizgi sayısı yirmi telden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde imal eden firma adı okunur ve görünür şekilde olmalıdır
3. Gazlı bez suyu emmelidir ve %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
4. Gazlı bez elyaf içermemelidir.
5. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır
6. 90x100 cm ebadında zikzak olarak katlanmış olmalıdır
7. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren, imalat ile son kullanma tarihi arasında 2 yıl miada sahip olmalıdır. Yüklenici bu süre içerisinde kullanılmayan malzemeyi, miadının bitmesine son 3 ay kala yeni miat ürünle değiştireceğini belgelemelidir.
8. Teklif edilen ürünün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Blog Bankası'na (TİTUBB) Kayıtlı olmalıdır.

Hasip ŞANLI
T.İ.B.B. Sekreter

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ahmet SAZLAM
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Başhekim