

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü

JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Masa, üzerinde jinekolojik ve ürolojik muayene ve müdahalelerin yapılmasına uygun tasarıma sahip olmalıdır.
- 2 Masa üzeri sırt, oturma ve ayak bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır.
- 3 Masa döşemesi yanmaz ve anti bakteriyel yapıda kolay temizlenebilen suni deri ile kaplı olmalıdır. Ayrıca döşeme visko elastik sünger içermeli ve ergonomik olmalıdır.
- 4 Masanın minder kalınlığı 70mm olmalıdır.(+/-10mm) Minderlerin altındaki destek kısımlar kompakt laminat malzeme olmalıdır.
- 5 Masa gövdesi PS malzemeden mahfazaya sahip olmalıdır.
- 6 Masanın yükseklik hareketini yapan motor dıştan ekstrüze alüminyumdan imal edilmiş teleskobik şekilde çalışan kızaklar ile desteklenmelidir. Bu sayede masa yukarı-aşağı hareketlerini titreşimsiz olarak yapabilmelidir.
- 7 Masanın dış yüzeyi suya dayanıklı ve korozyona karşı korumalı olmalıdır.
- 8 Masa, yukarı-aşağı, sırt ve trendelenburg hareketlerini yapmasını sağlayan elektro mekanik motor sistemine sahip olmalıdır.
- 9 Masanın yükseklik, sırt ve trendelenburg hareketleri ayak kumanda pedalı ve kablolu el kumandası ile yapılabilirdir.
- 10 Masa yüksekliği en az 720 mm ile 970 mm aralığında ayarlanabilmelidir.(+/-30mm)
- 11 Masanın sırt kısmı 50 derece yukarı hareket ettirilebilmelidir.(+/-5°)
- 12 Masa 20 derece trendelenburg hareketi yapabilmelidir. (+/-5°)
- 13 Masanın sırt minderinin altında PS malzemeden imal monoblok yapıda rulo kâğıt muhafaza bölümü bulunmalıdır.
- 14 Masanın sırt ve oturma bölümünün her iki yanında paslanmaz çelikten imal edilmiş aksesuar rayları bulunmalıdır.
- 15 Masanın oturma bölümünün altında ileri geri hareket ettirilebilen paslanmaz malzemeden imal edilmiş atık toplama sistemi bulunmalıdır.
- 16 Masanın ayak uzatma aparatı oturma bölümünün altında yer almalıdır. Aparat kullanılmadığı zamanlarda oturma bölümünün altına kızaklama sistemi ile yerleştirilen yapıda olmalıdır.
- 17 Masanın poliüretanla kaplı diz destekleri, adaptörleri aracılığı ile aksesuar rayına kolayca takılıp çıkarılabilmelidir. Diz desteklerinin kendi eksenleri etrafında yaptıkları küresel hareketler istenilen pozisyonda sabitlenebilmelidir.
- 18 Masanın poliüretanla kaplı kol desteklerinin yükseklikleri ve aksesuar rayı üzerindeki pozisyonları ayarlanabilmelidir.
- 19 Masanın maksimum kaldırma kapasitesi 180 kg. (+10 kg/-10 kg) olmalıdır.
- 20 Masa aşağıda belirtilen standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.
 - Kol destek, poliüretan 1 Adet
 - Diz destek, poliüretan 1 Çift
 - Topuk destek 1 Çift

- İkinma kolu 1 Çift
- Serum askısı 1 Adet
- Kol desteği için bant 1 Adet
- Diz desteği için bant 2 Adet

21 Topuk desteği aksesuar rayına takılabilecek şekilde adaptörü ile beraber verilmelidir. Yüksekliği ayarlanabilmeli ve masa yan yüzeyi üzerinde ileri geri hareket edebilmelidir. Ayakla basılan kısımları çelik ile desteklenmiş PS malzemeden yapılmış olmalıdır. Topuk desteğin PVC ile kaplanmış ıknma kolu olarak kullanılabilen bölümü olmalıdır.

22 Masada, masanın yer değiştirmesini sağlayan en az üç tekerlek ve ayak pedalı ile çalışan sabitleme sistemi bulunmalıdır.

23 Masa imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Masanın garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.

24 Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

25 Üretici firma ISO 13485, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

Deniz Feyhan ERHAN

Mehmet POLAT

Dr.Özkan KAÇAR
Patnos İlçe Sağlık Müdürü