

## HASTA MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1(bir) adet hasta muayene masası alınacaktır.
2. Masa metal malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Masanın üzerinde en az 5 cm kalınlığında, sert sünger içeren, dayanıklı materyal ile kaplı tercihen vinil kaplı sabit minder bulunmalıdır.
4. Masanın üzeri kaliteli yanmaz ve alkolden zarar görmeyen yapıda olmalı ve kolaylıkla silinebilmelidir.
5. Masanın eni en az 60 cm ve boyu en az 180 cm olmalıdır.
6. Masanın yerden yüksekliği en az 65 cm olmalıdır.
7. Masanın boyası kaliteli elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır.
8. Masaya monte edilmiş en az 1 adet çekmece olmalıdır.
9. Masanın baş tarafında, başın yerleştirileceği boyutta açıklık olmalıdır. İsteğe göre tekrar kapatılmasını sağlayacak aparatı olmalıdır.
10. Masanın baş kısmı +75 dereceye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
11. Masa imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
12. Masa T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) sistemine kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.
13. Hasta muayene masası yerli imalat ise üretici firmanın üretici olduğuna dair Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış Kapasite Belgesi olmalıdır.
14. Firma tedavi masasının resmini göndermelidir, numuneler görüldükten sonra değerlendirme yapılacaktır.
15. Cihaz muayene kabul sırasında tüm maddeler uygunluk alınacak şekilde teslim edilecektir. Şartnamede yazılı olan özellikleri sağlamadığı takdirde, sağlayan özelliklerde cihaz ilgili firma tarafından getirilecektir.
16. Cihaz teslimatı firma tarafından yapılacak olup, kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

ebe Mevcan Aray LEVENT  
M

ebe Elifsu ERKAN  
Eif

ebe Ayşenur YARALI  
A.Y.

Dr. Zeynep Nisa POLAT  
Eip. Tes. No: 226882  
Hamtur Toplum Sağlığı Merkezi

**T.C AĞRI VALİLİĞİ**  
**Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü**

**JİNEKOLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU:** Bu teknik şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından satın alınacak olan Jinekolojik amaçlı muayene masası sistemine ait hususları konu edinmektedir.

**2. AMAÇ:** Hamur Toplum Sağlığı Merkezi'nin, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

**3. KAPSAM:** Cihazının, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve diğer istekleri kapsamaktadır.

**4. JİNEKOLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

**4.1** Masa, üzerinde jinekolojik ve ürolojik muayene ve müdahalelerin yapılmasına uygun tasarıma sahip olmalıdır.

**4.2** Masa üzeri sırt, oturma ve ayak bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmalıdır.

**4.3** Masa döşemesi yanmaz ve anti bakteriyel yapıda kolay temizlenebilen suni deri ile kaplı olmalıdır. Ayrıca döşeme visko elastik sünger içermeli ve ergonomik olmalıdır.

**4.4** Masanın minder kalınlığı 70mm olmalıdır.(+/-10mm) Minderlerin altındaki destek kısımlar kompakt laminat malzeme olmalıdır.

**4.5** Masa gövdesi PS malzemeden mahfazaya sahip olmalıdır.

**4.6** Masanın yükseklik hareketini yapan motor dıştan ekstrüze alüminyumdan imal edilmiş teleskobik şekilde çalışan kızaklar ile desteklenmelidir. Bu sayede masa yukarı- aşağı hareketlerini titreşimsiz olarak yapabilmelidir.

**4.7** Masanın dış yüzeyi suya dayanıklı ve korozyona karşı korumalı olmalıdır.

**4.8** Masa, yukarı-aşağı, sırt ve trendelenburg hareketlerini yapmasını sağlayan elektro-mekanik motor sistemine sahip olmalıdır.

**4.9** Masanın yükseklik, sırt ve trendelenburg hareketleri ayak kumanda pedalı ve kablolu el kumandası ile yapılabilirdir.

**4.10** Masa yüksekliği en az 720 mm ile 970 mm aralığında ayarlanabilmelidir. (+/-30mm)

**4.11** Masanın sırt kısmı 50 derece yukarı hareket ettirilebilmelidir. (+/-5°)

**4.12** Masa 20 derece trendelenburg hareketi yapabilmelidir. (+/-5°)

**4.13** Masanın sırt minderinin altında PS malzemeden imal monoblok yapıda rulo kâğıt muhafaza bölümü bulunmalıdır.

**4.14** Masanın sırt ve oturma bölümünün her iki yanında paslanmaz çelikten imal edilmiş aksesuar rayları bulunmalıdır.

**4.15** Masanın oturma bölümünün altında ileri geri hareket ettirilebilen paslanmaz malzemeden imal edilmiş atık toplama sistemi bulunmalıdır.

*Ebe*  
Meryem Deniz  
LEVENT

*Ebe*  
Ayfer YARALI

*Ebe*  
EİFSU  
ERKAN

*Ebe*  
EİFSU  
ERKAN



**T.C AĞRI VALİLİĞİ**  
**Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü**

**4.16** Masanın ayak uzatma aparatı oturma bölümünün altında yer almalıdır. Aparat kullanılmadığı zamanlarda oturma bölümünün altına kızaklama sistemi ile yerleştirilen yapıda olmalıdır.

**4.17** Masanın poliüretanla kaplı diz destekleri, adaptörleri aracılığı ile aksesuar rayına kolayca takılıp çıkarılabilmelidir. Diz desteklerinin kendi eksenleri etrafında yaptıkları küresel hareketler istenilen pozisyonda sabitlenebilmelidir.

**4.18** Masanın poliüretanla kaplı kol desteklerinin yükseklikleri ve aksesuar rayı üzerindeki pozisyonları ayarlanabilmelidir.

**4.19** Masanın maksimum kaldırma kapasitesi 180 kg. (+10 kg/-10 kg) olmalıdır.

**4.20** Masa aşağıda belirtilen standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmelidir.

- Kol destek, poliüretan 1 Adet
- Diz destek, poliüretan 1 Çift
- Topuk destek 1 Çift
- İkinma kolu 1 Çift
- Serum askısı 1 Adet
- Kol desteği için bant 1 Adet
- Diz desteği için bant 2 Adet

**4.21** Topuk desteği aksesuar rayına takılabilecek şekilde adaptörü ile beraber verilmelidir. Yüksekliği ayarlanabilmeli ve masa yan yüzeyi üzerinde ileri geri hareket edebilmelidir. Ayakla basılan kısımları çelik ile desteklenmiş PS malzemeden yapılmış olmalıdır. Topuk desteğin PVC ile kaplanmış ikinma kolu olarak kullanılabilen bölümü olmalıdır.

**4.22** Masada, masanın yer değiştirmesini sağlayan en az üç tekerlek ve ayak pedalı ile çalışan sabitleme sistemi bulunmalıdır.

**4.23** Masa imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Masanın garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisidir.

**4.24** Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

**4.25** Üretici firma ISO 13485, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem belgelerine sahip olmalıdır.

*Ebe*  
Mergen Lancy  
*[Signature]*

LEVENT

*Ebe*  
Ayşenur YARALI  
*[Signature]*

*Ebe*  
Elifsu ERKAN  
*[Signature]*

**Dr. Leynep Nisa POLAT**  
Tic. Sic. No: 226882  
Hemşire Toplum Sağlığı Merkezi  
*[Signature]*



TC AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ  
MALZEME TALEP FORMU

DÖK. KODU: MC.FR.06

YAYIN TARİHİ: 11.03.2022

İSTEM YAPAN BİRİM

HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTEM NO

İSTEM TARİHİ

14.03.2022

Sıra No	İstem Yapılan Malzeme	Malzemenin Kullanılacağı Birim	Talep Edilen Miktar	Birim
1	JİNEKOLOJİK MUA YENE MASASI	KETEM BİRİMİ	1(BİR)	ADET
2				
3				
4				
5				

İstem Yapan Birim Sorumlusu

Tarih:

14.03.2022

Ad-Soyad:

Meryem Sonay LEVENT

Unvan:

Ebe

İmza:

TSM Başkanı

Tarih:

14.03.2022

Ad-Soyad:

Zeynep Nisa POLAT

Unvan:

Hekim

İmza:



## T.C AĞRI VALİLİĞİ

### Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

#### MOBİL MUAYENE LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1. KONU:** Bu teknik şartname, Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından satın alınacak olan Mobil Muayene Lambası sistemine ait hususları konu edinmektedir.

**2. AMAÇ:** Hamur Toplum Sağlığı Merkezi günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

**3. KAPSAM:** Cihazının, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve diğer istekleri kapsamaktadır.

#### 4. MOBİL MUAYENE LAMBASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**4.1** Muayene lambası spiralli olmalıdır. Lambaya yukarı, aşağı, sağa, sola her yönde birçok pozisyon rahatlıkla verilebilmelidir.

**4.2** Muayene lambasının en az beş tekerlekli standı olmalıdır.

**4.3** Muayene lambası mobil taşıma sehпасına takılıp çıkarılabilir özellikte olmalıdır.

**4.4** Muayene lambasının başlığı 100 mm olmalıdır. (+/-%10)

**4.5** Muayene lambası kendi eksenini etrafında en az 135° açı ile dönebilmelidir.

**4.6** Muayene lambasının spiral kolu 150° aşağı-yukarı açı yapabilmelidir.

**4.7** Muayene lambasının standı ile beraber toplam uzunluğu en az 1700 mm olmalıdır.

**4.8** Muayene lambası LED aydınlatma teknolojisine sahip olmalı ve aydınlatma yoğunluğu 32.000 lux/0.4m olmalıdır.(+/-%10)

**4.9** Muayene lambası 18W/lık (6 adet 3W) led ampül ile çalışmalıdır.

**4.10** Muayene lambası led ampüllerinin çalışma ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.

**4.11** Muayene lambasının renk sıcaklığı en az 4500 Kelvin (+/- 250) olmalıdır.

**4.12** Muayene lambasının renk dağılım indeksi en az 70 CRI ( $\pm$  %5) olmalıdır.

**4.13** Muayene lambası başlık bölümü ABS plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

**4.14** Spiral kol malzemesi statik boyalı olmalıdır.

**4.15** Muayene lambası ayak bölümü poliüretandan imal 2'si frenli 5 adet tekere sahip olmalıdır.

**4.16** Muayene lambasının açma kapama düğmesi lamba başlığı üzerinde yer almalıdır. Ayrıca düğme üzerinde lambanın karanlık ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmesini sağlayan aydınlatma bulunmalıdır.

**4.17** Lamba güç besleme ünitesi akım kontrollü olmalı bu sayede uzun süreli kullanımlarda ledlerin ısınması önlenmelidir.

**4.18** Aydınlatma başlığı ısınma sıcaklığı 85°C'yi geçmemelidir.

**4.19** Lambanın enerji kablosu en az 3 metre olmalıdır.

**4.20** Muayene lambası imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.

*che*  
Mezgin Döngü

LEVANT

*che*  
Ayhan YARALI

*che*  
CİFTSU ERKAN

*Ahl*

Dr. Feyyaz Nisa POLAT  
Etil. Tes. No: 226882  
Hamur Toplum Sağlığı Merkezi

*slf*

T.C AĞRI VALİLİĞİ

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

4.21 Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

Ebe  
Meyhan Derya LEVENT

Ebe  
Ayşenur YARALI

Ebe  
Clifsa ERKAN



**M. Zeynep Nisa POLAT**  
E-Posta Adresi: 226882  
Hamur Toplum Sağlığı Merkezi





TC AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ  
MALZEME TALEP FORMU

DÖK. KODU: MC.FR.06

YAYIN TARİHİ: 11.03.2022

İSTEM YAPAN BİRİM

HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTEM NO

İSTEM TARİHİ

14.03.2022

Sıra No	İstem Yapılan Malzeme	Malzemenin Kullanılacağı Birim	Talep Edilen Miktar	Birim
1	SEYYAR MUAYENE LAMBASI	KETEM BİRİMİ	1(BİR)	ADET
2				
3				
4				
5				

İstem Yapan Birim Sorumlusu

Tarih:

14.03.2022

Ad-Soyad:

Meryem Sonay LEVENT

Unvan:

Ebe

İmza:

TSM Başkanı

Tarih:

14.03.2022

Ad-Soyad:

Zeynep Nisa POLAT

Unvan:

Hekim

İmza: