



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
13/04/2022 09:14 - E-68917221 - 949 - 462



Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 1 KALEM SARF MALZEME (DAMLA AYAR SETİ) ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20.04.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DAMLA AYAR SETİ	ADET	2000		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2e77cedf7065424da6d1db02acc1f17c Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşl.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



DAMLA AYAR SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Damla ayar seti, sıvı akışının ayarlanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır. 3. Setin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Damla ayar seti ile akış hızı $3(\pm 2)$ - $400(\pm 150)$ ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. 5. Hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır. 6. Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır. 7. Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. 8. Serum hortumlarının bir ucu dişiluer-lock diğer ucu erkek luer-lock konnektörlü olmalıdır. 9. Set üzerinde hariçten ilaç uygulamak için tıpa veya enjeksiyon portu bulunmalıdır. 10. Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 11. Kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 14. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır. 15. Ürünler tıbbi sarf depoya teslim edilecek.

Ecz. İlhan DEMİR
Dip.No:2013/1040
Tescil No:47670

Emreli Teyfur

88

M.Ömer Sıracı

Atıl