



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 26.04.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Tekli Kan Torbası	50	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.


Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


Tekli Kan Torbası Teknik Şartnamesi (50 Adet)

- 1-Antikoagülan solüsyon olarak CPDA-1 içermelidir.
- 2-450 ml kan alma hacmi olmalıdır.
- 3-Donörden tam kan alınmasında ve hastaya tam kan transfüzyonu yapılmasında kullanılır.
- 4-16 G olmalıdır.
- 5-İğne cidarı ultra ince olmalıdır.
- 6-Muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.
- 7-100 +/- 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 8-Hortum iç çapı 3.1 mm olmalı, dış çapı 4.2 mm olmalıdır.
- 9-Hortum üzerinde Çapraz karşılaştırma (Cross-Match) testler için kullanılacak numuneyi almak için 10 cm de bir numara basılmış olmalı, bu numaralar transfer torbaları bağlantı hortumlarında da olmalıdır. Bu numaralar tırnakla kazınsa bile çıkmamalıdır.
- 10-Etiketi Türkçe olmalıdır.
- 11-Etiket üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluklar olmalıdır.
- 12-20°C'de su banyosunda torba üzerinde parça bırakmadan soyulmamalıdır.
- 13-Torba hacmi 450 ml kan alacak şekilde olmalıdır.
- 14-Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır.
- 15-Torba içindeki çözeltilerin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydımlıkta olmalıdır.450 ml kan alımı için 63 ml CPDA-1 Antikoagülan solüsyon içermelidir.
- 16-Alüminyum ambalaj içinde olmalıdır.
- 17-Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir.




Bünyamin SAYLAN
Lab. Sor.


Muazzez ÇETİN
Lab. Tek.


Sezai ŞENKUL
Lab. Tek.