



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
06/05/2022 09:27 - E-68917221 - 949 - 531



00164663945

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.05.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİL SÜT SAĞMA SETİ	ADET	500		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: db2e23fa-3e95-4e3e-92f2-b053570682f6
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Satın Alma Birimi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

İletişim Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47



STERİL SÜTÜ SAĞMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeyi oluşturan tüm parçalar Polipropilen ve Silikondan İmal edilmiş olmalıdır.
2. Setin süt haznesi derecelendirilmiş olmalıdır.Derece kısımları kabartmalı ölçekli rakamlarla ölçüleri belirgin olmalıdır. (En az 120ml kapasiteli olmalıdır.)
3. Setler otoklavda en az 6 kez steril edilebilmelidir.
4. Süt sağım seti ana gövde,silikonlu, valf kapağı,süt toplama kabı,vidalı koruyucu saklama kapağı,ara bağlantı hortumu, çiftli hava konektörü, vidalı silikon emzik halkası,emzik koruyucu kapağı,emzik halka diskinden oluşmalıdır.
5. Set üç fonksiyonlu ; Set saklama kabı ,biberon,anne sütü sağma seti olarak kullanılabilmelidir.
6. Set üzerinde soğuk damga CE işareti olmalıdır.
7. Süt sağma setleri steril , sınıf-IIa özelliğinde olmalıdır.
8. Set hava konektörü istenirse aynı anda iki seti tek bir cihaz girişine takılacak konektörü olmalıdır.
9. Kurulum yapıcak olan firma hastanelerimizin talebi kadar hastane tipi süt sağma cihazı kurucaktır.
10. Hastanede kullanılan cihazların yanı sıra manual kullanım için süt sağım setlerine uygun manual sağım yapmaya uygun portatif pompa da verilmelidir.Hastanede kullanılan babyvacc marka süt pompasına uygun olmalıdır.”
11. Teslimat aşamasında ürün sterilizasyon raporlarıyla birlikte depoya teslim edilecektir.
12. Arızalanan cihazlar en geç 48 saat içerisinde çalışır durumda teslim edilecektir.Cihaz tamir veya bakımı uzun sürecek olursa geçici olarak çalışan bir cihaz verilmelidir.Teklif verecek firma cihaz ithalatçısı veya üreticisinin bayisi olmalı ve ÜTS bayi kaydı olmalıdır.
13. Malzemeler uzun miyath olacak malzemelerin miyadının dolmasına 3 ay kala firma tarafından malzemeler firma tarafından ücretsiz değiştirileceğine dair taahhütname vereceklerdir.
14. Üretici firmaya ait Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır ve teklifte muhakkak sunulmalıdır.
15. Steril süt sağma seti için numune gönderilecek ,numune kabulunu kullanan servisler verecek.

Ünvanı Dr. Gökçe KANDEMİR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dış Tıp Uzmanı
Dış Tıp Uzmanı No: 185432

Dr. Nuran KANDEMİR

NURCAN KANDEMİR
İmza