



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME (15.000 ADET KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM STRİBİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.05.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAN ŞEKER ÖLÇÜM STRİBİ	ADET	15.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm.Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d7ec9b35-6f0-4319-9015-6c42795fa899

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Bilgi için: Dursun DİNLER

Satın Alma Birimi

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## TEKNİK ŞARTNAME

Sıra no	Ürünün Cinsi	Miktarı	Toplam
1	Kan Şekeri Ölçüm Stribi (100'li)	5000	Adet 5000

### 1.Kalem: Glukometre Cihazı

1. Cihaz kapiller ve venöz kanda ölçüm yapabilmeli.
2. Cihaz biosensör teknik veya yeni jenerasyon fotometrik yöntem ile ölçüm yapabilir olmalıdır.
3. Cihazın ölçüm aralığı geniş (20-500mg/dl) olmalıdır.
4. Cihazın ölçüm süresi 10 saniyeyi geçmemelidir.
5. Cihaz Uluslararası doğruluk standartları ile uyumlu çalışmalıdır.
6. Cihaz geniş arka ışıklı gösterge ekranı olmalı ve kan şekeri ölçüm sonuçları bu ekranda yer almalı ve kolay okunabilir olmalıdır.
7. Cihaz açık kaldığında otomatik kapanmalıdır.
8. Ölçüm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde ölçüm sonucu değişmemelidir.
9. Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmelidir.
10. Cihaz elektromanyetik özellik gösteren aletlerden etkilenmemelidir.
11. Cihazın en az 1 yıl garantisi olmalıdır.
12. Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalıdır (%5'lik sapma kabul edilir.)
13. Cihazın hafıza kapasitesi 10 ve daha yukarı olmalıdır.
14. Cihazın pil ömrü en az 1000 ölçüm yapabilmeli, biten pillerin yerine kullanılmak üzere 2 adet pil ücretsiz verilmelidir.
15. Ölçüm sırasında ölçüm çubuğuna damlatılan kanın silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmalıdır.
16. Strip yerleştirilirken hazne çukur olmamalı, düz olmalı, kan birikimi olmamalıdır.
17. Cihazın kullanışlı taşıma çantası olmalıdır.

### 2. Kalem: Kan Şekeri Ölçüm Stribi

1. Stripler Glukometre ile uyumlu olmalı.
2. Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilir olmalıdır.
3. Striplerin son kullanım tarihi her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde olmalıdır.
4. Striplerin teslim tarihinden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.
5. İhaleyi kazanan firma mevcut stripilerin kullanılmaması durumunda son kullanım tarihine en az üç ay kala durumun firmaya yazılı olarak bildirilmesi üzerine daha uzun miyadlı ayn ürün ile değiştirme garantisini yazılı olarak taahhüt etmelidir.
6. Stripler 15-40 C sıcaklıkta güvenilir sonuçlar vermelidir.
7. Striplerin ölçüm aralığı en az 20-500 mg/dl arasında olmalıdır.
8. Stripler kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
Genel Müdürlüğü  
Tıbbi Araştırmalar Genel Müdürlüğü  
Etiler, Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 272529

*Handwritten signature*  
Fatma Deliktaş  
12

9. Stripler %20-70 hematokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir.
10. Stripler 2 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Striplere kan damlatıldıktan sonraki en geç 10 saniye gibi kısa sürede cihaz kan şekeri sonuçlarını ekranında verebilmelidir.
12. Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.
13. Kan stribe kolayca çekilebilmeli veya emdirilebilmelidir.
14. Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir. İnce olmamalı, kırılıp bükülmemelidir.
15. Striplerin havayla temasını engelleyecek şekilde stripler tek tek ambalajlanmışsa en fazla 100 adetlik, tek tek ambalajlanmamışsa en fazla 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
16. Yüklenici firma her 1000 strip için birer cihaz vermelidir.

Doç. Dr. Yusuf EKİLMİZ Öğretim Üyesi  
Uzm. Dr. Şİ. KEMAL BİLİCİ  
Tıbbi Başhekim  
Dip. No: 17999

*[Handwritten signature]*

Fatma Deliktaş

*[Handwritten signature]*