



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
06/05/2022 13:24 - E-68917221 - 949 - 539



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON DÖKÜMANTASYON TABANCA ETİKETİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.05.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİLİZASYON DÖKÜMANTASYON TABANCA ETİKETİ	ADET	500		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d7065798-02e2-4267-921b-f5a7ee9e4823

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No:

Bilgi için

e-Posta:

Net Adresi: dogubayazitdh@saglik.gov.tr

Telefon No: (0 472) 312 60 47



T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

ETİKET TABANCASI ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Etiket, buhar (Steam) sterilizasyonu ile kullanılmak amaçlı tasarlanmış olmalıdır.
- Etiketinin ISO 11140-1 ve EN 867-5 standartlarında belirtilen performans gereksinimlerini karşılar özellikte olmalıdır.
- Etiket çift katlı kendinden yapışkanlı olmalıdır.
- Etiketinde kullanılan indikatör kurşun, ağır metal ve sağlığa zararlı diğer kimyasalları içermemelidir.
- Etiketinin indikatör renk dönüşümü net olmalıdır, sterilizasyon maruziyeti hakkında görsel bilgi sağlamalıdır.
- Etiket üç satırlı olmalı (Sterilizasyon Bilgisi, Son Kullanma Tarihi, Operatör Kodu, Döngü Numarası) gibi bilgilerinin yazılmasına imkân sağlar özellikte olmalıdır.
- Üç satırlı etiket tabancaları ile uyumlu olmalıdır.

Sevaş ERELGE


Tarık GENELKİ


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
Mehmet BARİŞ
Ağrı Şişli Hastanesi