



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
09/05/2022 10:16 - E-68917221 - 949 - 547



Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE BULUNAN GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI OKSİJEN YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI MONİTÖRLÜ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **13.05.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

SIRA NO	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI OKSİJEN YOĞUNLUK ÖLÇÜM CİHAZI MONİTÖRLÜ	ADET	1		

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 99a50e2e-c471-44c0-9150-5930a93efaa4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No:

Bilgi için:

e-Posta:

ernet Adresi: dogubayazitdh@saglik.gov.tr

Telefon No: (0 472) 312 60 47



Oksijen Analizörü Teknik Şartnamesi

1. Cihaz çok hızlı bir şekilde ölçüm yapabilmelidir.
2. Cihazın kullanımı kolay olmalıdır.
3. Cihaz 2 adet kalem pille kesintisiz olarak 5000 saatten fazla çalışabilmelidir.
4. Cihazın ölçüm aralığı %0 ile %100 arasında olmalıdır.
5. Cihazda LCD ekran olmalıdır.
6. Cihazın garanti süresi 2 yıl olmalıdır.
7. Hatırlatmalı tek dokunuşla kalibrasyonu sağlamalı.
8. Darbeye dayanıklı ve damlamaya dayanıklı olmalı.
9. Ürünle birlikte kullanım klavuzu verilmeli.

Seyma KOC.

DOÇ.DR. YAŞAR ERİLMİZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANASI
Erdal GERENG
Biyomedikal T.K.M.