

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.05.2022

Sayı: 336

Konu: IŞIKLI MEME EKARTÖRÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.05.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	IŞIKLI MEME EKARTÖRÜ			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## İŞIKLI MEME EKARTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ekartör ışığı geçirecek fiber optik sisteme sahip olmalıdır.
2. Ekartör otoklavlanabilir olmalıdır.
3. Ekartörün sapı tutuş kolaylığı sağlaması açısından ergonomik olmalıdır.
4. Ekartörün sap uzunluğu adaptörü ile birlikte 21,4cm.olmalıdır.
5. Ekartör aynı zamanda aspire etme özelliğine sahip olmalıdır
6. Ekartör paslanmaz çelik özelliğine sahip olmalıdır.
7. Ekartörün üzerinde 4 farklı markaya (Storz, Wolf, Acmi, Olympus) uyumlu girişler olmalıdır.
8. Ekartörün boy, ebatları ve modeli hekim tarafından belirlenecektir.
9. Işıklı meme akartörün beraberinde ışık kaynağı ve kablosu verilecektir.
10. Ürünlerin TİTUBB'a kayıt bildirim yapılmış ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanmış olmalıdır.  
( bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır. )

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Plastik Cerrahi Uzmanı  
Op. Dr. Semih YILDIZ  
Diy. Mes. No. 146188