



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DİH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
16.05.2022 11:28 - E-36472700-949-658
00165351256

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 20.05.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Ro Membran Takozu	2	Adet		
2	Selenoid Valf	1	Adet		
1	Buffer Tank Seviye Kontrol Sivici 24w	3	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
SAF SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN
MALZEMEYE AİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

RO MEMBRAN TAKOZU: 2 ADET

1. Membran kovani çapı 4" boyu 40 inç olacaktır.
2. Membran Takozları paslanmaz tip olacaktır.
3. Membran takozları teflon malzemeden mamul olacaktır.
4. Membran takozlarının orjinal bağlantı aparatları olacaktır bağlantı aparatları paslanmaz malzemeden olacaktır.
5. Membran housingleri takozları mevcut cihaza uyumlu olacaktır.
6. Membran housng takozları yüklenici firma tarafından montaj yapılacaktır.
7. yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra takozlardan dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
8. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
9. Firmanın tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır
10. Firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DR İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
16/05/2022 11:28 - E:16472700-949-658



00165351256

SELENOID VALF ŞARTNAMESİ : 1 ADET

1. Selenoid valf ½ inç olacak
2. Selenoid valf elektrik kontrollü olacaktır
3. Selenoid valf mevcut sisteme uyumlu olacaktır
4. Selenoid valf yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra selenoid valften den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
5. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 Belgesi ve İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
6. Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır.
7. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
- 8.

BUFFER TANK SEVİYE KONTROL SİVİÇ 24 W TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 3 ADET

1. Seviye kontrol siviçleri mevcut sisteme uumlu olmalıdır.
2. Seviye kontrol siviçleri 24 v olmalıdır
3. Seviye kontrol siviçleri 50 Hz ile yerel şebeke gerilimine uygun olarak çalışmalı, şebeke gerilimindeki 10 VAC'lik değişimlerden etkilenmemelidir.
4. Montajı teklif verecek firma Tarafından yaparak çalışır vaziyette sorunsuz teslim edilecektir.
5. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi(diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için)sahip olmalıdır
6. Yüklenici firma İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
7. Yüklenici firma yetkili teknik setvis belgesine sahip olmalıdır.
8. Tıbbi cihaz satış yetki belgesi olmalıdır.
9. Yüklenici firmanın satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır
10. Kontrol panel kartı yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra kontrol panelinden dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.

16.05/2022

Ergül YAMAN
Diyaliz Sorm.Hemş

Esra DÜZ
Diyaliz Teknr

Mesut DEMİR
Diyaliz Teknr