



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet (50 Adet Hafif Viscoelastik Alım İşi)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **50 ADET HAFİF VISCOELASTİK ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.05.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Ağrı Valiliği  
Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi  
Nazan A. İNTAS GÖKTÜRK  
Tıbbi Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HAFİF VISCOELASTİK	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. DEMET ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 62513417-af44-4f52-91ca-bba52c79ff24 - Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

e-Posta: [dursun.dinler@saglik.gov.tr](mailto:dursun.dinler@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bilgi için: Dursun DİNLER


Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.


Telefon No: (0 472) 312 60 47




## SODYUM HYALÜRÖNAT (%1.4 VİSKOELASTİK)

- 1.Fako emülsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisi ve katlanabilir göz içi lens implantasyonunda kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.
- 2.En az 0,8 ml hacminde olmalıdır.
- 3.%1.4 konsantrasyonunda sodyum hyaluronat içermelidir.
- 4.Molekül ağırlığı 3 000 000 - 4 000 000 Dalton olmalıdır.
- 5.Viskozitesi en az 250 000 mPas olmalıdır.
- 6.Ph değeri 7.0-7.6 olmalıdır.
- 7.Steril cam şırıngada tek kullanımlık olmalıdır. 27G steril kanül içermelidir.
- 8.2-8 derecede saklanabilmelidir.
- 9.Yüksek saydamlığa sahip olmalıdır.
- 10.Şişe içi sterilizasyonu yapılmış olmalıdır.
- 11.Cerrahi işlem sonunda kolay uzaklaştırılmalıdır.
- 12.Ürünün son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
- 13.Teklif sırasında numune bırakılmalıdır. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

  
Dr. Mehmet Zülkade  
Diy. No U016M375

  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Doğum Yeri: Op. Dr. Emre Aydın  
Diy. No: 173963  
Göz Hastalıkları Uzmanı

  
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı Devlet Hastane Hastaneleri  
Katarakt Ekspertiz Cerrahisi  
Op. Dr. Ömer TANRIÖVER  
Diy. No: 161277