

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.05.2022

Sayı: 356

Konu: KAN VERME SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.05.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**İHTİYAÇ LİSTESİ**

| S.No                | Malzeme Adı    | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|----------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1                   | KAN VERME SETİ |          |     | 1500   | Adet   |              |              |
| <b>Genel Toplam</b> |                |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

### KAN VERME SETİ

1. Set yer çekim etkisiyle kan torbasından hastaya kan transferinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sette hava girişsiz delme ucu olmalıdır.
3. Sette haznenin içinde; kan içinde oluşması muhtemel parçacıkların dolaşıma karışmaması için steril 170 -200 µm filtre bulunmalıdır.
4. Setin haznesinde 20 damla, 1ml' ye eşit olmalıdır.
5. Set hızlı ve kolay sıvı doldurmak için steril yumuşak damla haznesine sahip olmalıdır.
6. Tubbing (hortum) uzunluğu 150 ± 10 cm olmalıdır.
7. Setin tubing (hortumu) üzerinde roller damla ayarlayıcısı veya açma- kapama / ayar vidası olmalıdır. Bu roller ile istenen miktarda kan ve kan bileşeninin hastaya verilebilmesi sağlanmalıdır.
8. Setin hastaya ulaşan kısmında lateks enjeksiyon portu olmalıdır.
9. Setin tubing (hortumu) kısmı Medikal PVC olmalıdır.
10. Tubbing (hortumu) iç çapı 3.0 mm., dış çapı 4.1 mm. olmalıdır.
11. Sette 1 adet hipodermik iğne bulunmalıdır.
12. Kan torbasına giren uç (spike) torbayı delmemesi için en çok 38 mm olmalıdır.
13. Setler etilen oksit ile steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.
14. Paketler üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. Setlerin son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az üç yıl olmalıdır.
15. Bozuk setler yenileriyle değiştirilecektir.
16. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Set miadlarının sona ermesinden en az 3 ay öncesinden firmaya haber vermek kaydıyla firma bu setleri uzun miadlı yeni setlerle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Aybike Nazik Göz  


