



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
20/05/2022 09:53 - E.36472700-949-685
00165640564

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı malzemenin alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 25.05.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/İşin | | | | KDV Hariç Teklif | |
|--|--------------------------|---------|--------|---|-------|
| Sıra No | Malın/İşin Cinsi | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | Oksijen Tüpü Manometresi | 10 | Adet | | |
| <u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirtdh@gmail.com | | | | Teklif Eden .../.../2021 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza | |

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



OKSİJEN TÜPÜ MANOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Regülatör iki adet göstergeden oluşmalı, göstergelerden bir tanesi tüpün doluluğunu diğeri de akış hızını göstermelidir.
- 2- Doluluk göstergesi 0-300 bar arası skalaya sahip olmalıdır.
- 3- Skala maksimum 100'lü kademeler halinde rahatlıkla görülebilmelidir.
- 4- Akış hızı göstergesi minimum 0-15/1dk olmalıdır, gösterge 5'li kademeler halinde rahatlıkla görülebilmelidir.
- 5- Regülatör nikelaj veya krom kaplamalı olmalıdır.
- 6- Regülatörler 40-50 litrelik oksijen tüplerine uyumlu olmalıdır.
- 7- Manometreler ile birlikte 10'ar adet uyumlu conta teslim edilmelidir.
- 8- Ürünler fabrikasyon hatalara karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır. Malzemelerin fabrikasyon hataları bulunması halinde firma tarafından ürün birebir yenisiyle değiştirilmelidir.

Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen

İmza

Engin UÇAR

Teknisyen

İmza

Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen

İmza

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRLİMİ
20/05/2022 09:55 - E-36472700-849-686



00165640564