



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet (200 Adet Hasta Kısıtlama Bandı Alım İşİ)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME (200 ADET HASTA KISITLAMA BANDI) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.06.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTA KISITLAMA BANDI	ADET	200		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. DEMET ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 312fa4cc-fef0-444a-af41-cdaa5495d1cb Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

e

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## EL AYAK KISITLAMA BANDI ŞARTNAMESİ


1. Sabitleyici bant yumuşak ve el ve ayak bileklerini sarabilen bir yapıda olmalıdır.
2. Bant, kullanımda güvenliği ve rahatlığı sağlayabilmek için lamine edilmiş 3 kat malzemedden oluşmalıdır.
3. Bandın cilde temas eden alt bölümünde teri emebilen havlu tabaka, orta bölümünde yumuşaklığı sağlayan sünger tabaka, üst bölümünde ise dayanıklılığı arttıran pamuklu tabaka olmalıdır.
4. Hem ayak hem de el bileğinde kullanılabilmesi için bandın boyu minimum 35 cm ( $\pm 2$  cm ), eni de minimum 8 cm ( $\pm 2$  cm) olmalıdır.
5. Bandın bir ucunda bandın bileğe sarıldıktan sonra açılmasını engelleyen minimum 8 cm ( $\pm 2$  cm) uzunluğunda dişi velkro'dan yapılmış kilit parçası bulunmalıdır. Bandın dış yüzünde ise bu dişi velkronun karşılığına gelen minimum 20 cm ( $\pm 2$  cm) uzunluğunda erkek velkro dikili bulunmalıdır.
6. Ayrıca bandın içinde dikili bulunan minimum 15 cm ( $\pm 2$  cm) dişi velkro ile her türlü asılma çekme gibi tepkiye karşı bandın hasta bileğinden sökülme riski önlenmiş olmalıdır.
7. Hastanın bileğinin karyola, sedye vb ünitelere bağlanabilmesi için, bandın üzerine dikili en az 25 cm ( $\pm 2$  cm) uzunluğunda, pamuklu malzemedden üretilmiş bağlantı kayışı olmalıdır.bağlantıyı güçlendirmek için yedek bağlantı halkası olmalıdır.
8. Bağlantı kayışının ucuna dikili sabitleme kayışı olmalı, sabitleme kayışının boyu her çaptaki karyola sedye ve gibi eşyanın metal aksamına dolanabilmesi için minimum 32 cm ( $\pm 2$  cm ) olmalıdır.
9. Sabitleme kayışının da bir ucunda açılmasını engelleyen minimum 9 cm ( $\pm 2$  cm) uzunluğunda dişi velkro'dan yapılmış kilit parçası dış yüzünde ise bu dişi velkronun karşılığına gelen minimum 20 cm ( $\pm 2$  cm) uzunluğunda erkek velkro dikili bulunmalıdır.
10. Ayrıca bağlantı kayışının da içinde dikili minimum 15 cm ( $\pm 2$  cm) dişi velkro ile her türlü tepkiye karşı kayışın bağlandığı yerden sökülme riski önlenmiş olmalıdır.

Servis Sorumlu Hengeli  
Kasım DEMİR  
Hüsnü

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr.Yaşar Enfalımaç Boğubazart Devlet Hastanesi  
Uzm.Dr.Süleyman YILDIZ  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Dio. Tes.No:17/113

Yaşar Bekim Hengeli  
Öneri man AÖzet  
Z

11. Non-toksik, hypoallerjenik olmalıdır.
1. 12. Bir poşette adet sabitleme bantı bulunmalıdır.
2. 13- Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB 'DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
3. 24- Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda numune getirecek , gelen Numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

Genel Yönetim Bakım  
Sorumlu Hemşire  
Kasım DEMİR  


Genel Yönetim Bakım  
Sorumlu Hekim

Ağrı Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Yağar Eryılmaz Ocaklıyazır Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Sükrü AKDAĞ  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Tic. Sic. No: 17714133

Genel Yönetim Bakım hemşiresi  
Orhan Murat ÖZCAN  
