

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2022/45
KONU : Hizmet alımı Hk.

01/06/2022

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Hizmet alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu için KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 06.06.2022 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Tekli Kan Torbası (flebotomi)	Adet	50		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 06.06.2022 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Hizmet Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza⁽²⁾

Tekli Kan Torbası Teknik Şartnamesi

Antikoagülan solüsyon olarak CPDA-1 içermelidir. 450 ml kan alma hacmi olmalıdır. Donörden tam kan alınmasında ve hastaya tam kan transfüzyonu yapılmasında kullanılır.

16 G olmalıdır.

İğne cidarı ultra ince olmalıdır.

Muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.

100 +/- 10 cm uzunluğunda olmalıdır.

Hortum iç çapı 3.1 mm olmalı, dış çapı 4.2 mm olmalıdır.

Hortum üzerinde Çapraz karşılaştırma (Cross-Match) testler için kullanılacak numuneyi almak için 10 cm de bir numara basılmış olmalı, bu numaralar transfer torbaları bağlantı hortumlarında da olmalıdır. Bu numaralar tırnakla kazınsa bile çıkmamalıdır.

Etiketi Türkçe olmalıdır.

Etiket üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluklar olmalıdır.

20°C'de su banyosunda torba üzerinde parça bırakmadan soyulmamalıdır.

Torba hacmi 450 ml kan alacak şekilde olmalıdır.

Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır.

Torba içindeki çözeltinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır.

450 ml kan alımı için 63 ml CPDA-1 Antikoagülan solüsyon içermelidir.

Alüminyum ambalaj içinde olmalıdır.

Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir.

Paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir.

Ebubekir GÜLMEZ
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Seferi AZHAN
Satınalma Birimi
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi

Erdoğan YILDIRIM
Satınalma Birimi
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi