



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN 15.000 ADET BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **08.06.2022 tarih ve saat 14:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL	ADET	15.000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm. Dr. Demet ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: d883664c-8d60-4c8b-a9d2-d2933b4cbca6 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi  
Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

İletişim Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

KİMYASAL İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 134 °C 7 dk- ön 121 °C 20 dk vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir.
- 2- İndikatör, ISO 11140-1 Class 6 ve EN 867-1 Class D standartlarına uygun olacak ve bu uygunluk akredite edilmiş bir kuruluş tarafından belgelendirilecektir.
- 3- İndikatör; çok parametrelili olup, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olacaktır.
- 4- İndikatör yüzeyinde kullanılan film, sterilizasyon süresince çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
- 5- İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
- 6- SAL (Sterility Assurance Level/Sterilite Güvenlik Düzeyi) hakkında en güvenc 134 °C nillir bilgiyi verecektir.
- 7- İndikatör mürekkebi, toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
- 8- Stripin üzerindeki indikatör, sterilizasyon sonrası açıkça okunabilen renk değişimi gösterecektir.
- 9- Sterilizasyon parametrelerinde (doymuş buhar, zaman, sıcaklık) bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı farklı tonlarda olacaktır.
- 10- Paketin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot no vb. bilgiler bulunacaktır.
- 11- Normal oda koşullarında saklanacaktır.
- 12- Ürün LOT numarası her indikatör stripinin üzerinde yer almalıdır.
- 13- İndikatör üzerinde 1,2,3 ile numaralandırılmış 3 ayrı renk değişim bölgesi bulunmalı ve 134° C 7 dk-121 °C 20 dk sıcaklık için üretilmiş olduğu belirtilmeli ve yorumlama tablosu bulunmalıdır.
- 14- Sterilizasyon süresince normal koşullarda 1. ve 2.bölge renk değiştirmelidir. 3. bölge sadece sterilizasyonun süresinin fazla olduğunu göstermelidir.
- 15- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi 2 olmalıdır.
- 16- Ambalajında Türkçe prospektüsü olmalıdır.
- 17- İndikatör TITUBB'a kayıtlı ve onaylı olmalıdır.

TAKSU BEZELİGİ  
Ağrı

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Zekerya BASARGAN  
Biyomedikal Teknikeri

DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Erdal ÇERENÇİ  
Biyomedikal Teknikeri