

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

03.06.2022

Sayı: 409

Konu: LAM TAŞIMA , SAKLAMA VE GÖNDERME KABI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.06.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAM TAŞIMA KABI			250	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

LAM TAŞIMA, SAKLAMA VE GÖNDERME KABI ŞARTNAMESİ

- Ürün güçlü plastik veya benzeri malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ürün lamları güvenle depolamaya ve taşımaya uygun olmalıdır.
- Ürün, 76x25,5mm ölçülerinde 1mm kalınlıkta lamaların taşınmasına uygun olmalıdır.
- Tek bir ürünün içinde en az 6 adet lam birbirine temas etmeden taşınabilmelidir. Ürün, lamaların arasındaki hacmi dolduracak kadar alkol bazlı solüsyon eklenmesine elverişli olmalıdır.
- Ürünün kapağı olmalı ve kapağı kapatıldığında içine eklenmiş olan solüsyonları sızdırmamalıdır. Kapağı kapalı olan ürün ters çevrilse bile solüsyonu sızdırmamalıdır.
- Kapağı kapatıldığında ürün, lamaları kırılmadan muhafaza etmeye elverişli olmalıdır.
- Ürünün kapağı kolay kapatılabilir; kapağı kapatılırken lamaların bütünlüğünü riske sokmayan bir kapatma mekanizması olmalıdır.
- Kapak kapatıldıktan sonra kendiliğinden veya taşıma esnasındaki sarsıntılarda açılmamalıdır.
- Ürün kapağı kapalı vaziyetteyken içinde kaç adet lam olduğunu ve içinde ayrıca solüsyon olup olmadığını anlamaya müsaade edecek şeffaflıkta/özelliikte olmalıdır.
- Ürünlerin içi temiz olmalı; içinde tortu, bulaş vb. bulunmamalıdır.
- Ürün, içi ne kadar dolu olursa olsun düz zemin üzerinde dik vaziyette durabilmelidir.
- Teklif edilen üründen en az 2 adet numune gönderilmelidir. Numuneler incelendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
- Numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teslim alındıktan sonra zaman içinde şartnamedeki özellikleri yitiren ürünler firma tarafından 15 gün içinde yenileriyle değiştirilecektir.

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 158173
Aön Devlet Hastanesi

21.01.2022

