T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 654
KONU : Teklife Davet

03/06/2022

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **UZATMA HATTI 800PSI BASINCA DAYANIKLI IŞIKTAN KORUMALI(PRESSURE LINE)** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/06/2022 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**UZATMA HATTI 800 PSI BASINCA DAYANIKLI IŞIKTAN KORUMALI(PRESSURE LINE)**	**200**	**ADET**		

UYGUNDUR
03/06/2022
Uzm.Dr.Metin GÜRKAN
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

UZATMA HATTI 800
PSI BASINCA DAYANIKLI IŞIKTAN KORUMALI (PRESSURE LINE)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hortum sert medical Grade Polivinilklorür (PVC)' den imal edilmiş olmalıdır.
2. Pressure line'nın iç çapı 1.5 mm, dış çapı 2.7 mm olmalıdır.
3. Pressure line' lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.
4. Pressure lne' lar nontokssit ve Apirojen yapıda olmalıdır.
5. Pressure line' lar değişik uzunluklarda ve her iki yanda male ve/veya female Lüerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
6. Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
7. Uzunluk 145cm olmalıdır.
8. Işıktan koruma özelliği olmalıdır

Engin YILDIZ
T.K.H.
Diyadin Devlet Hastanesi

Etz. Zeki TAYSUN
Tescil No: 54540
Diyadin Devlet Hastanesi

Melek Doğan