



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16.06.2022 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere** veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN (BS-DIN-ISO-EN)	ADET	20		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 59b061b6-5ed8-4aa4-9305-95efd927b836 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



MEDİKAL OKSİJEN PRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Medikal gaz prizleri sadece kendisine ait medikal gaz fişleriyle çalışacak şekilde her bir gaza ait farklılaşmış olarak, DIN EN 737/1'e göre imal edilmiş olmalıdır.
2. Gaz prizleri hastanemizde kullanılmakta olan medikal gaz prizlerinin ölçülerine uygun özellikte olmalıdır. Değişim yapmak gerektiğinde mevcut priz sökülüp yeni priz ayrıca bir işlem yapılmaksızın rahatlıkla takılabilir olmalıdır.
3. Teklif veren firmalar talep etmeleri halinde mevcut priz görsel ve ölçüleri paylaşılacaktır.
4. Prizler iki parçadan oluşmalıdır. İlk montaj parçası, pnömomatik hortum girişine uygun olmalıdır. İkinci montaj parçası olan üst kısım ilk montaj parçasına 2 adet alyan vida ile tespitlenmelidir. Sızdırmazlık parçaları ikinci montaj parçasında kullanılmış olmalıdır.
5. İlk montaj parçası pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır. İkinci montaj parçasının prob yuvası ve ilk montaj parçasına vidalanmış kısımları kromajlı pirinç malzeme olmalıdır. Prob yuvasının çevresinde firma adı ve temsil ettiği gaz ismi yazılı olan dairesel bir çerçeve olmalıdır.
6. Prizler BS 5682 nD'larına uygun olmalı, ön kısmında beynelmillel gaz rengi ve temsil ettiği gaz ismi yazılı olmalıdır.
7. Medikal gaz prizleri CE Belgeli olmalıdır.
8. Teklif veren firmaların Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Belgesi olmalıdır.
9. Teklif veren firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

İD-ES 602A02A
lu

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryüma
Devlet Hastanesi
Zekerya BABERGAN
Biyomedikal Teknisyeni

DOÇ.DR. YAŞAR ERHİLMAN
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal GRENİ
Biyomedikal T. 2014