

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

09.06.2022

Sayı: 420

Konu: SANTRİFÜJ TÜPÜ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.06.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİTOSANTRİFÜJ TÜPÜ PLASTİK TEK KULLANIMLIK			500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

SANTRİFÜJ TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAME

1. Polipropilen (Polypropylene) veya cam malzemeden olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. Tabanı konik şekilli olmalıdır.
4. Çapı 1,6-1,8cm, uzunluğu 10,2-10,4cm olmalıdır.
5. 6000 rev'e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanıklı olmalıdır.
6. Sitotoksik olmayan ve pirojen içermeyen (test <0.1 EU/mL) özellikte olmalıdır.
7. Tüplerin içinde tortu vb. yabancı madde olmamalıdır.
8. Ürün patoloji laboratuvarı santrifüj cihazında, sitolojik numunelerden materyal hazırlamak amacıyla kullanılacaktır; ürün bu amaca uygun olmalıdır.
9. Üründen en az 2 adet numune gönderilmelidir.
10. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
11. Gönderilen ve laboratuvarında denenmiş numunenin özelliklerinin teslim edilen ürünün tamamında gözlenmesi gerekmektedir. Bu durum teslimat aşamasında gerekli görülürse yeniden test edilecektir ve uygun olmaması halinde firma değişimi sağlayacak veya zarar firma tarafından karşılanacaktır.

06.06.72

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 198173
Ağrı Devlet Hastanesi

