

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.06.2022

Sayı: 426

Konu: İDRAR TORBASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 15.06.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İDRAR TORBASI MUSLUKLU NON-STERİL 2000 ML			5000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

İDRAR TORBASI MUSLUKLU NONSTERİL 2000 ML.

1. İdrar torbası medikal kullanım amaçlı PVC 'den yapılmış olmalıdır
2. İdrar torbası 2000 ml toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
3. İdrar torbası mililitre ölçekli olmalıdır.
4. İdrar torbasında boşaltma musluğu mevcut olmalıdır.
5. İdrar torbası güçlendirilmiş askı deliklerine sahip olmalıdır.
6. İdrar torbasında bükülmeye karşı dirençli hortum kullanılmış olmalıdır.
7. İdrar torbası hortumunda üzeri korumalı konik bağlantı konnektörü bulunmalıdır.
8. Torba basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Musluk konnektörü açıp kapamaya karşı dirençli olmalıdır..
10. Musluklardan idrar sızması olmamalıdır.
11. Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanım tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanım tarihi en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
12. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

SUHER DİĞ



Hatice İDİĞ
Eczacı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi