

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 695  
KONU : Teklife Davet

14/06/2022

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ÇOCUK EKG PUAR VE MANDAL SETİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/06/2022 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.  
Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	Çocuk Ekg Puar ve Mandal Seti	2	ADET		

UYGUNDUR  
14/06/2022  
Uzm Dr. Mevlan GÜRKAN  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

**T.C**

**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**DIYADIN DEVLET HASTANESİ**

**ÇOCUK EKG PUAR VE MANDAL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Puar ve mandallar ekg çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
2. Puar ve mandalların yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
3. İletkenliği yüksektir olmalıdır.
4. Bağlantı noktası sayesinde düz pim banana veya çıt çıt kablolar takılabilir olmalıdır.
5. Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
6. Puar takımları 6 lı mandal takımları 4lü set halinde olmalıdır.
7. Mandal takımları bir siyah, bir sarı, bir kırmızı ve bir yeşil renkten oluşmalıdır.
8. Puar ve mandallar çocuk hastaların kullanımına uygun olmalıdır.
9. Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.

Uzm. Dr. İlhan YALÇINOĞLU  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Eleşkurt Devlet Hastanesi  
Tels. No: 148769