

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.06.2022

Sayı: 461

Konu: HIPOTERMİ DERECEŚİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aŐağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.06.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŐ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİPOTERMİ DERECEŚİ (ISI ÖLÇER)			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

KiŐi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - KaŐe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariŐten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun deęerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden deęerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde deęerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaŐtırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

ISI ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Cihazın gösterge ekranı lcd ekran olmalıdır.
- 2- Sıcaklık ölçüm aralığı -30°C +50°C aralığında olmalıdır.
- 3- Sıcaklık ölçüm hassasiyeti +/- 0,1 °C olmalıdır.
- 4- Max ve min şeklinde alarm aralığı olmalı.
- 5- Güç kaynağı 1x 1,5 v AAA pillerle çalışabilir olmalıdır.
- 6- Geriye dönük 30 günlük hafızası olmalıdır.
- 7- Kullanımı kolay ergonomik ve sağlam olmalıdır.
- 8- Teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.

Uzm. Dr. Abdurrahman ŞİMŞEK
Açık Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No. 142542
Eğilim ve Araştırma Hastanesi